HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE
www.horiba.com

IVD LOT L&H: 1801601

04710780I
SAP 1300023097

REF : A11A01622

2019/07/04

ABX Pentra Immuno II Control L - Level LOW

(FR) Constituant (EN) Constituent (DE) Bestandteil (ES) Componente (IT) Componente (PT) Componente (DA) Bestanddel (SV) Konstituent (EL) συστατικό (PL) Składnik (NO) Bestanddel	ABX Pentra 400 (P400)	Pentra C400 (PC400)	Pentra C200 (PC200)	Unité Unit Einheit Unidad Unità Unidade Enhed Enhet Μονάδα Jednostka Enhet	Valeur titrée Assigned value Deklarierter Wert Valor asignado Valori assegnati Valor determinado Tildelt værdi Tilldelat värde Αναγραφόμενη τιμή Wartość przypisana Tildelt verd	Intervalle de confiance Confidence range Vertrauensintervalle Intervalos de confianza Livelli di fiducia Intervalo de confiança Konfidensområde Konfidensintervall Εύρος εμπιστοσύνης Zakres ufności Konfidensspekter	
C				U	⊕	→ |±3 SD| ←	1 SD
FERR (Latex TIA) ABX Pentra Ferritin 2 CP (Ref. A11A01900)	●			ng/mL	**102**	71 - 133	10.3
				µg/dL	**10.2**	7.1 – 13.3	1.03
		●		ng/mL	**102**	71 - 133	10.3
				µg/dL	**10.2**	7.1 – 13.3	1.03
			●	ng/mL	**102**	71 - 133	10.3
				µg/dL	**10.2**	7.1 – 13.3	1.03
Myo (Latex TIA) ABX Pentra Myoglobin 2 CP (Ref. A11A01904)	●			ng/mL	**66**	46 - 86	6.7
				µg/L	**66**	46 - 86	6.7
				µg/dL	**6.6**	4.6 – 8.6	0.67
		●		ng/mL	**66**	46 - 86	6.7
				µg/L	**66**	46 - 86	6.7
				µg/dL	**6.6**	4.6 – 8.6	0.67

Explore the future
Automotive Test Systems I Process & Environmental I Medical I Semiconductor I Scientific
HORIBA

ABX Pentra Immuno II Control H - Level HIGH							
C	P400	PC400	PC200	U	⌖	→ I±3 SDI ←	1 SD
FERR (Latex TIA) ABX Pentra Ferritin 2 CP (Ref. A11A01900)	●			ng/mL	**405**	324 - 486	27.0
				µg/dL	**40.5**	32.4 – 48.6	2.70
		●		ng/mL	**405**	324 - 486	27.0
				µg/dL	**40.5**	32.4 – 48.6	2.70
			●	ng/mL	**405**	324 - 486	27.0
				µg/dL	**40.5**	32.4 – 48.6	2.70
Myo (Latex TIA) ABX Pentra Myoglobin 2 CP (Ref. A11A01904)	●			ng/mL	**191**	153 - 229	12.7
				µg/L	**191**	153 - 229	12.7
				µg/dL	**19.1**	15.3 – 22.9	1.27
		●		ng/mL	**191**	153 - 229	12.7
				µg/L	**191**	153 - 229	12.7
				µg/dL	**19.1**	15.3 – 22.9	1.27

Explore the future Automotive Test Systems I Process & Environmental I Medical I Semiconductor I Scientific HORIBA