**HORIBA ABX SAS**
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE
www.horiba.com

IVD LOT L&H: 07436071

04710780I
SAP 1300023097

REF : A11A01622

2018/07/04

## ABX Pentra Immuno II Control L - Level LOW

| (FR) Constituant<br>(EN) Constituent<br>(DE) Bestandteil<br>(ES) Componente<br>(IT) Componente<br>(PT) Componente<br>(DA) Bestanddel<br>(SV) Konstituent<br>(EL) συστατικό<br>(PL) Składnik<br>(NO) Bestanddel | ABX Pentra 400 (P400) | Pentra C400 (PC400) | Pentra C200 (PC200) | Unité<br>Unit<br>Einheit<br>Unidad<br>Unità<br>Unidade<br>Enhed<br>Enhet<br>Μονάδα<br>Jednostka<br>Enhet | Valeur titrée<br>Assigned value<br>Deklarierter Wert<br>Valor asignado<br>Valori assegnati<br>Valor determinado<br>Tildelt værdi<br>Tilldelat värde<br>Αναγραφόμενη τιμή<br>Wartość przypisana<br>Tildelt verd | Intervalle de confiance<br>Confidence range<br>Vertrauensintervalle<br>Intervalos de confianza<br>Livelli di fiducia<br>Intervalo de confiança<br>Konfidensområde<br>Konfidensintervall<br>Εύρος εμπιστοσύνης<br>Zakres ufności<br>Konfidensspekter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | | | | U | ⌖ | → \|±3 SD\| ← | 1 SD |
| FERR (Latex TIA)<br>ABX Pentra Ferritin 2 CP<br>(Ref. A11A01900) | • | | | ng/mL | **102** | 71 - 133 | 10.3 |
| | | | | µg/dL | **10.2** | 7.1 - 13.3 | 1.03 |
| | | • | | ng/mL | **102** | 71 - 133 | 10.3 |
| | | | | µg/dL | **10.2** | 7.1 - 13.3 | 1.03 |
| | | | • | ng/mL | **102** | 71 - 133 | 10.3 |
| | | | | µg/dL | **10.2** | 7.1 - 13.3 | 1.03 |
| Myo (Latex TIA)<br>ABX Pentra Myoglobin 2 CP<br>(Ref. A11A01904) | • | | | ng/mL | **66** | 46 - 86 | 6.7 |
| | | | | µg/L | **66** | 46 - 86 | 6.7 |
| | | | | µg/dL | **6.6** | 4.6 - 8.6 | 0.67 |
| | | • | | ng/mL | **66** | 46 - 86 | 6.7 |
| | | | | µg/L | **66** | 46 - 86 | 6.7 |
| | | | | µg/dL | **6.6** | 4.6 - 8.6 | 0.67 |



Explore the future
Automotive Test Systems I Process & Environmental I Medical I Semiconductor I Scientific
HORIBA

| ABX Pentra Immuno II Control H - Level HIGH | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | P400 | PC400 | PC200 | U | ⌖ | → \|±3 SD\| ← | 1 SD |
| FERR (Latex TIA)<br>ABX Pentra Ferritin 2 CP<br>(Ref. A11A01900) | • | | | ng/mL | **405** | 324 - 486 | 27.0 |
| | | | | µg/dL | **40.5** | 32.4 - 48.6 | 2.70 |
| | | • | | ng/mL | **405** | 324 - 486 | 27.0 |
| | | | | µg/dL | **40.5** | 32.4 - 48.6 | 2.70 |
| | | | • | ng/mL | **405** | 324 - 486 | 27.0 |
| | | | | µg/dL | **40.5** | 32.4 - 48.6 | 2.70 |
| Myo (Latex TIA)<br>ABX Pentra Myoglobin 2 CP<br>(Ref. A11A01904) | • | | | ng/mL | **191** | 153 - 229 | 12.7 |
| | | | | µg/L | **191** | 153 - 229 | 12.7 |
| | | | | µg/dL | **19.1** | 15.3 - 22.9 | 1.27 |
| | | • | | ng/mL | **191** | 153 - 229 | 12.7 |
| | | | | µg/L | **191** | 153 - 229 | 12.7 |
| | | | | µg/dL | **19.1** | 15.3 - 22.9 | 1.27 |


Explore the future
Automotive Test Systems I Process & Environmental I Medical I Semiconductor I Scientific
HORIBA