



DIAGNOSTICS

Parc Euromédecine

rue du Caducée

BP 7290

34184 MONTPELLIER Cedex 4

FRANCE

DECLARATION DE CONFORMITÉ DECLARATION OF CONFORMITY

SELON
ACCORDING TO **EN45014**

NOUS LE FABRICANT WE THE MANUFACTURER

Nom
Name

ABX Diagnostics

Adresse
Address

Parc Euromédecine

rue du Caducée

BP 7290

34184 MONTPELLIER Cedex 4

FRANCE

DÉCLARONS QUE LE PRODUIT DECLARE THAT THE PRODUCT

Nom produit
Product name

MICROS 60

Modèles
Models

OT-CT-OS-CS

EST CONFORME AUX DIRECTIVES ET NORMES CONFORMS TO THE FOLLOWING DIRECTIVES AND STANDARDS

Directives 98/79/EC - IVD medical devices
89/336/EEC - EMC
73/23/EEC - Low voltage

Standards IEC 1010-1: 1990 + A1:1992 + A2:1995
EN 61326: 1997 + A1
EN 61000-3-2: 1995 + A1 + A2:1998 + A14:2000
EN 61000-3-3: 1995
CSA - C22 - 2 No. 1010. 1-92
UL 3101-01: 1993

NOVEMBRE 2003
NOVEMBER 2003




Atsushi NAKAMINE
Directeur Général
Chief Operating Officer