



DIAGNOSTICS

Parc Euromédecine
rue du Caducée
BP 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4
FRANCE

DECLARATION DE CONFORMITÉ DECLARATION OF CONFORMITY

SECON
ACCORDING TO **EN45014**

**NOUS LE FABRICANT
WE THE MANUFACTURER**

Nom
Name **ABX** Diagnostics

Adresse
Address Parc Euromédecine
rue du Caducée
BP 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4
FRANCE

**DÉCLARONS QUE LE PRODUIT
DECLARE THAT THE PRODUCT**

Nom produit
Product name **MICROS**

Modèles
Models **ABC Vet-ICHOR**

**EST CONFORME AUX DIRECTIVES ET NORMES
CONFORMS TO THE FOLLOWING DIRECTIVES AND STANDARDS**

Directives	89/336/CEE - CEM
Directives	89/336/EEC - EMC
	73/23/CEE - Basse Tension
	73/23/EEC - Low voltage
Normes	IEC 601-1 : 1991
Standards	EN 61326 : 1997 +A1
	EN 61000-3-2 : 1995 +A1 +A2 +A14
	EN 61000-3-3 : 1995

**DECEMBRE 2003
DECEMBER 2003**



Atsushi NAKAMINE
Directeur Général
Chief Operating Officer