



DIAGNOSTICS

Parc Euromédecine

rue du Caducée

BP 7290

34184 MONTPELLIER Cedex 4

FRANCE

DECLARATION DE CONFORMITÉ DECLARATION OF CONFORMITY

SELON
ACCORDING TO **EN45014**

**NOUS LE FABRICANT
WE THE MANUFACTURER**

Nom
Name **ABX Diagnostics**

Adresse
Address
Parc Euromédecine
rue du Caducée
BP 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4
FRANCE

**DÉCLARONS QUE LE PRODUIT
DECLARE THAT THE PRODUCT**

Nom produit
Product name **PENTRA**

Modèles
Models **120-120RETIC-
120SPS-120RETIC SPS**

**EST CONFORME AUX DIRECTIVES ET NORMES
CONFORMS TO THE FOLLOWING DIRECTIVES AND STANDARDS**

Directives 98/79/EC - IVD medical devices
89/336/EEC - EMC
73/23/EEC - Low voltage

Standards IEC 1010-1 : 1990 + A1:1992 + A2:1995
EN 61326 : 1997 + A1
EN 61000-3-2 : 1995 + A1 + A2:1998 + A14:2000
EN 61000-3-3 : 1995

AOÛT 2004
AUGUST 2004




Atsushi NAKAMINE
Directeur Général
Chief Operating Officer