HORIBA Medical

HORIBA ABX SAS
HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée - BP 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4
FRANCE
Tél.: 33 (0) 4 67 14 15 16
Fax.: 33 (0) 4 67 14 15 17

ABX Minotrol CRP

CE

IVD

LOT **MC 418**
Rev **1**

CONTROL

(Exp.) **2021-04-05**
(YYYY - MM - DD)

Minilysebio

PARAMETRES *PARAMETERS*	UNITES *UNITS*	CONTROL 1 MICROS					TOLERANCES *TOLERANCE*	CONTROL 2 MICROS					TOLERANCES *TOLERANCE*	CONTROL 3 MICROS					TOLERANCES *TOLERANCE*
			CRP 200	60 8P 60 18P					CRP 200	60 8P 60 18P					CRP 200	60 8P 60 18P			
GB WBC	$10^3/mm^3;10^9/l$		**2.1**	**2.1**			± 0.4		**7.6**	**7.8**			± 1.0		**19.5**	**20.9**			± 2.2
GR RBC	$10^6/mm^3;10^{12}/l$		**2.37**	**2.36**			± 0.15		**4.66**	**4.69**			± 0.18		**5.55**	**5.66**			± 0.25
HB HGB	g/dl		**5.8**	**5.8**			± 0.4		**13.4**	**13.6**			± 0.5		**17.6**	**18.3**			± 0.7
	g/l		**58**	**58**			± 4		**134**	**136**			± 5		**176**	**183**			± 7
	mmol/l		**3.60**	**3.60**			± 0.25		**8.34**	**8.45**			± 0.31		**10.93**	**11.36**			± 0.44
HT HCT	%		**16.8**	**16.5**			± 2.0		**38.2**	**38.0**			± 2.5		**50.0**	**50.9**			± 3.0
	l/l		**0.168**	**0.165**			± 0.020		**0.382**	**0.380**			± 0.025		**0.500**	**0.509**			± 0.030
VGM MCV	μm^3 ; fl		**71**	**70**			± 4		**82**	**81**			± 4		**90**	**90**			± 4
TGMH MCH	pg		**24.5**	**24.6**			± 2.4		**28.8**	**29.0**			± 2.4		**31.7**	**32.3**			± 2.8
	fmol		**1.52**	**1.53**			± 0.15		**1.79**	**1.80**			± 0.15		**1.97**	**2.01**			± 0.18
CCMH MCHC	g/dl		**34.4**	**35.1**			± 3.0		**35.1**	**35.8**			± 3.0		**35.2**	**35.9**			± 3.0
	g/l		**344**	**351**			± 30		**351**	**358**			± 30		**352**	**359**			± 30
	mmol/l		**21.39**	**21.80**			± 1.86		**21.82**	**22.23**			± 1.86		**21.88**	**22.31**			± 1.86
IDR RDW	%		**14.0**	**15.5**			± 3.0		**13.5**	**14.5**			± 3.0		**13.0**	**13.5**			± 3.0
PLAQ. PLTS	$10^3/mm^3;10^9/l$		**82**	**80**			± 20		**274**	**270**			± 40		**530**	**533**			± 60
VPM MPV	μm^3 ; fl		**8.2**	**9.0**			± 2.0		**8.1**	**8.7**			± 2.0		**7.8**	**8.5**			± 2.0
LYMPHO	#		**1.4**	**1.4**			± 0.3		**3.0**	**2.8**			± 0.5		**3.5**	**3.6**			± 1.3
	%		**68.6**	**66.5**			± 8.0		**38.9**	**36.0**			± 6.0		**18.2**	**17.0**			± 6.0
MONO	#		**0.2**	**0.2**			± 0.2		**0.6**	**0.5**			± 0.5		**1.1**	**0.8**			± 0.8
	%		**7.6**	**6.5**			± 6.0		**7.6**	**6.0**			± 5.0		**5.5**	**4.0**			± 4.0
GRANULO	#		**0.5**	**0.6**			± 0.2		**4.1**	**4.5**			± 0.6		**15.0**	**16.5**			± 1.5
	%		**24.0**	**27.0**			± 7.0		**53.9**	**58.0**			± 6.0		**76.7**	**79.0**			± 7.0
CRP	mg/dl		**0.46**	N/A			± 0.30		**2.09**	N/A			± 0.70		**3.89**	N/A			± 1.00
	mg/l		**4.6**	N/A			± 3.0		**20.9**	N/A			± 7.0		**38.9**	N/A			± 10.0

1300027267-A
Ref: TEMP-1070 Rev.38

Explore the future
Automotive Test Systems I Process & Environmental I Medical I Semiconductor I Scientific
HORIBA