HORIBA
Medical

ABX Difftrol

CE
IVD

HORIBA ABX SAS
HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée - BP 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4
FRANCE
Tél.: 33 (0) 4 67 14 15 16
Fax.: 33 (0) 4 67 14 15 17

LOT **PX 033** Rev **2**

CONTROL

(Exp.) **2013-05-05** (YYYY - MM - DD)

ABX Lyse

PARAMETRES *PARAMETERS*	UNITES *UNITS*	CONTROL PENTRA 60 60C+ ES60	CONTROL PENTRA 80 XL80	L	TOLERANCES *TOLERANCE*	CONTROL PENTRA 60 60C+ ES60	CONTROL PENTRA 80 XL80	N	TOLERANCES *TOLERANCE*	CONTROL PENTRA 60 60C+ ES60	CONTROL PENTRA 80 XL80	H	TOLERANCES *TOLERANCE*
GB WBC	$10^3/mm^3$; $10^9/l$	**2.4**	**2.4**		± 0.4	**7.4**	**7.4**		± 1.0	**17.7**	**17.5**		± 2.2
GR RBC	$10^6/mm^3$; $10^{12}/l$	**2.45**	**2.38**		± 0.12	**4.62**	**4.60**		± 0.15	**5.07**	**5.09**		± 0.20
HB HGB	g/dl	**6.7**	**6.7**		± 0.4	**13.6**	**13.6**		± 0.5	**15.8**	**15.8**		± 0.6
	g/l	**67**	**67**		± 4	**136**	**136**		± 5	**158**	**158**		± 6
	mmol/l	**4.16**	**4.16**		± 0.25	**8.45**	**8.45**		± 0.31	**9.81**	**9.81**		± 0.37
HT HCT	%	**19.4**	**19.3**		± 1.5	**37.9**	**38.2**		± 2.0	**44.6**	**44.8**		± 2.5
	l/l	**0.194**	**0.193**		± 0.015	**0.379**	**0.382**		± 0.020	**0.446**	**0.448**		± 0.025
VGM MCV	μm^3 · fl	**79**	**81**		± 5	**82**	**83**		± 5	**88**	**88**		± 5
TGMH MCH	pg	**27.3**	**28.2**		± 2.0	**29.4**	**29.6**		± 2.0	**31.2**	**31.0**		± 2.5
	fmol	**1.70**	**1.75**		± 0.12	**1.83**	**1.84**		± 0.12	**1.94**	**1.93**		± 0.16
CCMH MCHC	g/dl	**34.6**	**34.8**		± 3.0	**35.9**	**35.6**		± 3.0	**35.4**	**35.3**		± 3.0
	g/l	**346**	**348**		± 30	**359**	**356**		± 30	**354**	**353**		± 30
	mmol/l	**21.50**	**21.58**		± 1.86	**22.29**	**22.12**		± 1.86	**21.99**	**21.91**		± 1.86
IDR RDW	%	**13.5**	**13.2**		± 4.0	**13.5**	**13.8**		± 4.0	**13.0**	**13.7**		± 4.0
PLAQ. PLTS	$10^3/mm^3$; $10^9/l$	**72**	**72**		± 20	**255**	**255**		± 30	**505**	**505**		± 50
VPM MPV	μm^3 · fl	**8.9**	**8.9**		± 2.0	**9.1**	**9.2**		± 2.0	**8.6**	**8.8**		± 2.0
NEUT	#	**1.37**	**1.36**		± 0.30	**4.04**	**4.03**		± 0.80	**12.16**	**11.73**		± 1.80
	%	**57.0**	**56.5**		± 10.0	**54.6**	**54.5**		± 10.0	**68.7**	**67.0**		± 10.0
LYMPHO	#	**0.71**	**0.72**		± 0.20	**2.44**	**2.44**		± 0.60	**3.10**	**3.41**		± 1.50
	%	**29.5**	**30.0**		± 8.0	**33.0**	**33.0**		± 8.0	**17.5**	**19.5**		± 8.0
MONO	#	**0.12**	**0.12**		± 0.12	**0.39**	**0.39**		± 0.39	**0.80**	**0.79**		± 0.75
	%	**5.0**	**5.0**		± 5.0	**5.0**	**5.0**		± 5.0	**4.5**	**4.5**		± 4.0
EOS	#	**0.13**	**0.13**		± 0.13	**0.31**	**0.33**		± 0.31	**0.89**	**0.88**		± 0.74
	%	**5.5**	**5.5**		± 5.0	**4.0**	**4.5**		± 4.0	**5.0**	**5.0**		± 4.0
BASO	#	**0.07**	**0.07**		± 0.06	**0.25**	**0.23**		± 0.23	**0.76**	**0.70**		± 0.46
	%	**3.0**	**3.0**		± 2.5	**3.4**	**3.0**		± 3.0	**4.3**	**4.0**		± 2.5

LOT **PX 033** Rev **2**

CONTROL

(Exp.) **2013-05-05** (YYYY - MM - DD)

ABX Lyse

PARAMETRES *PARAMETERS*	UNITES *UNITS*	CONTROL PENTRA 120 120 RETIC	CONTROL PENTRA DX120 DF120	L	TOLERANCES *TOLERANCE*	CONTROL PENTRA 120 120 RETIC	CONTROL PENTRA DX120 DF120	N	TOLERANCES *TOLERANCE*	CONTROL PENTRA 120 120 RETIC	CONTROL PENTRA DX120 DF120	H	TOLERANCES *TOLERANCE*
GB WBC	$10^3/mm^3$; $10^9/l$	**2.4**	**2.4**		± 0.4	**7.7**	**7.7**		± 1.0	**18.5**	**18.5**		± 2.2
GR RBC	$10^6/mm^3$; $10^{12}/l$	**2.44**	**2.44**		± 0.12	**4.64**	**4.64**		± 0.15	**5.17**	**5.17**		± 0.20
HB HGB	g/dl	**6.8**	**6.8**		± 0.4	**13.7**	**13.7**		± 0.5	**15.9**	**15.9**		± 0.6
	g/l	**68**	**68**		± 4	**137**	**137**		± 5	**159**	**159**		± 6
	mmol/l	**4.22**	**4.22**		± 0.25	**8.51**	**8.51**		± 0.31	**9.87**	**9.87**		± 0.37
HT HCT	%	**19.8**	**19.8**		± 1.5	**39.0**	**39.0**		± 2.0	**45.5**	**45.5**		± 2.5
	l/l	**0.198**	**0.198**		± 0.015	**0.390**	**0.390**		± 0.020	**0.455**	**0.455**		± 0.025
VGM MCV	μm^3 · fl	**81**	**81**		± 5	**84**	**84**		± 5	**88**	**88**		± 5
TGMH MCH	pg	**27.9**	**27.9**		± 2.0	**29.5**	**29.5**		± 2.0	**30.8**	**30.8**		± 2.5
	fmol	**1.73**	**1.73**		± 0.12	**1.83**	**1.83**		± 0.12	**1.91**	**1.91**		± 0.16
CCMH MCHC	g/dl	**34.4**	**34.4**		± 3.0	**35.1**	**35.1**		± 3.0	**34.9**	**34.9**		± 3.0
	g/l	**344**	**344**		± 30	**351**	**351**		± 30	**349**	**349**		± 30
	mmol/l	**21.37**	**21.37**		± 1.86	**21.83**	**21.83**		± 1.86	**21.70**	**21.70**		± 1.86
IDR RDW	%	**15.8**	**15.8**		± 4.0	**16.0**	**16.0**		± 4.0	**14.5**	**14.5**		± 4.0
PLAQ. PLTS	$10^3/mm^3$; $10^9/l$	**72**	**72**		± 20	**260**	**260**		± 30	**505**	**505**		± 50
VPM MPV	μm^3 · fl	**8.9**	**8.9**		± 2.0	**9.1**	**9.1**		± 2.0	**8.6**	**8.6**		± 2.0
NEUT	#	**1.37**	**1.39**		± 0.30	**4.24**	**4.39**		± 0.80	**12.80**	**12.80**		± 1.80
	%	**57.0**	**58.0**		± 10.0	**55.0**	**57.0**		± 10.0	**69.0**	**69.0**		± 10.0
LYMPHO	#	**0.73**	**0.65**		± 0.20	**2.54**	**2.27**		± 0.60	**3.42**	**3.15**		± 1.50
	%	**30.5**	**27.0**		± 8.0	**33.0**	**29.5**		± 8.0	**18.5**	**17.0**		± 8.0
MONO	#	**0.12**	**0.16**		± 0.12	**0.39**	**0.46**		± 0.39	**1.11**	**1.30**		± 0.75
	%	**5.0**	**6.5**		± 5.0	**5.0**	**6.0**		± 5.0	**6.0**	**7.0**		± 4.0
EOS	#	**0.13**	**0.13**		± 0.13	**0.31**	**0.31**		± 0.31	**0.74**	**0.74**		± 0.74
	%	**5.0**	**5.5**		± 5.0	**4.0**	**4.0**		± 4.0	**4.0**	**4.0**		± 4.0
BASO	#	**0.06**	**0.07**		± 0.06	**0.23**	**0.27**		± 0.23	**0.46**	**0.56**		± 0.46
	%	**2.5**	**3.0**		± 2.5	**3.0**	**3.5**		± 3.0	**2.5**	**3.0**		± 2.5

Ref: TEMP-0821 Rev.30 FRONT / RECTO 9930073-A