HORIBA Medical

HORIBA ABX SAS
HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée - BP 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4
FRANCE
Tél.: 33 (0) 4 67 14 15 16
Fax.: 33 (0) 4 67 14 15 17

ABX Difftrol

CE

IVD

LOT PX 435
Rev 1

CONTROL

(Exp.) 2022-07-05
(YYYY - MM - DD)

ABX Lysebio

PARAMETRES *PARAMETERS*	UNITES *UNITS*	CONTROL PENTRA DX120 DF120	CONTROL PENTRA DX NEXUS DF NEXUS	L	TOLERANCES *TOLERANCE*	CONTROL PENTRA DX120 DF120	CONTROL PENTRA DX NEXUS DF NEXUS	N	TOLERANCES *TOLERANCE*	CONTROL PENTRA DX120 DF120	CONTROL PENTRA DX NEXUS DF NEXUS	H	TOLERANCES *TOLERANCE*
GB WBC	$10^3/mm^3$; $10^9/l$	3.1	3.1		± 0.4	8.8	8.8		± 1.0	18.3	18.3		± 2.2
GR RBC	$10^6/mm^3$; $10^{12}/l$	2.46	2.46		± 0.16	4.65	4.65		± 0.20	5.15	5.15		± 0.25
HB HGB	g/dl	6.5	6.5		± 0.4	13.7	13.7		± 0.5	15.9	15.9		± 0.6
	g/l	65	65		± 4	137	137		± 5	159	159		± 6
	mmol/l	4.04	4.04		± 0.25	8.51	8.51		± 0.31	9.87	9.87		± 0.37
HT HCT	%	20.2	20.2		± 1.5	40.9	40.9		± 2.0	47.4	47.4		± 2.5
	l/l	0.202	0.202		± 0.015	0.409	0.409		± 0.020	0.474	0.474		± 0.025
VGM MCV	μm^3 : fl	82	82		± 5	88	88		± 5	92	92		± 5
TGMH MCH	pg	26.4	26.4		± 2.0	29.5	29.5		± 2.0	30.9	30.9		± 2.5
	fmol	1.64	1.64		± 0.12	1.83	1.83		± 0.12	1.92	1.92		± 0.16
CCMH MCHC	g/dl	32.2	32.2		± 3.0	33.5	33.5		± 3.0	33.6	33.6		± 3.0
	g/l	322	322		± 30	335	335		± 30	336	336		± 30
	mmol/l	20.01	20.01		± 1.86	20.79	20.79		± 1.86	20.84	20.84		± 1.86
IDR RDW	%	16.5	16.5		± 4.0	16.0	16.0		± 4.0	15.0	15.0		± 4.0
PLAQ. PLTS	$10^3/mm^3$; $10^9/l$	78	78		± 20	234	234		± 30	480	480		± 50
VPM MPV	μm^3 : fl	10.5	10.5		± 2.0	11.0	11.0		± 2.0	10.5	10.5		± 2.0
NEUT	#	1.62	1.62		± 0.35	4.85	4.85		± 0.90	13.20	13.20		± 1.90
	%	52.4	52.4		± 10.0	55.1	55.1		± 10.0	72.0	72.0		± 10.0
LYMPHO	#	0.93	0.93		± 0.33	3.03	3.03		± 0.70	3.02	3.02		± 1.50
	%	30.1	30.1		± 12.0	34.4	34.4		± 8.0	16.5	16.5		± 8.0
MONO	#	0.23	0.23		± 0.23	0.37	0.37		± 0.37	0.42	0.42		± 0.42
	%	7.5	7.5		± 7.5	4.2	4.2		± 4.2	2.3	2.3		± 2.3
EOS	#	0.18	0.18		± 0.18	0.33	0.33		± 0.33	0.86	0.86		± 0.86
	%	5.9	5.9		± 5.9	3.7	3.7		± 3.7	4.7	4.7		± 4.7
BASO	#	0.13	0.13		± 0.13	0.23	0.23		± 0.23	0.82	0.82		± 0.82
	%	4.1	4.1		± 4.1	2.6	2.6		± 2.6	4.5	4.5		± 4.5

Ref: TEMP-0821 Rev.45 BACK / VERSO 1300090306

Explore the future Automotive Test Systems I Process & Environmental I Medical I Semiconductor I Scientific HORIBA