

Instrukcja użytkowania krwi kontrolnej



Sprawdź ilość, numer LOT oraz poziom

Temperatura pokojowa 10 min.

30 sek.

2

3

4

Tryb manualny

8 - 10 razy

Analizator OT/CT

Przetrzyj gwint i nakrętkę

5

Tryb automatyczny

Analizator AL (z automatycznym podajnikiem)

6

Sprawdź wynik

7

2 - 8°C

RAL118BPL 06/10/2010