


EU Declaration of Conformity

(Nr dc90035bro)

PRODUCĂTORUL

Nume	HORIBA ABX SAS
 Adresa	Parc Euromédecine Rue du Caducée BP 7290 34184 Montpellier Cedex 4 FRANCE
Număr unic de înregistrare	FR-MF-000000320

ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA EXCLUSIVĂ ȘI DECLARĂ PRIN PREZENTA CĂ PRODUSUL (PRODUSELE)

Categoria dispozitivului	Analizor de hemostază
Denumirea produsului	Yumizen G800
UDI-DI de bază	361023ymz_g800YQ
Țara de origine	UNGARIA

Utilizarea prevăzută

Yumizen G800 este un analizor complet automat de coagulare a sângelui. Instrumentul poate analiza probele de plasmă decalcificate folosind metodele de coagulare, cromogenice și de testare imunologică. Datele analizate pot fi stocate, afișate și raportate. Instrumentul are mai multe funcții integrate, inclusiv manevrarea automată a reactivilor de către sistemul de coduri de bare, procesarea prioritară a probelor STAT și controlul calității. Doar pentru diagnostic *in vitro*.

ÎNDEPLINEȘTE/ÎNDEPLINESC PREVEDERILE URMĂTOARELOR DIRECTIVE, REGULAMENTE, STANDARDE ȘI SPECIFICAȚII COMUNE

Regulamente	Regulamentul (UE) 2017/746 privind dispozitivele medicale <i>in vitro</i> de diagnosticare Clasa de risc: A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>
Traseul de evaluare a conformității IVDR	<input checked="" type="checkbox"/> ANEXA II + ANEXA III + ANEXA IV (<i>dispozitive de Clasa A, excluzând dispozitivele sterile</i>)
Directive	2011/65/UE - amendată de 2015/863/UE - Directiva RoHS Categoria: 8-Dispozitive medicale
Standarde	EN 61010-1: 2010 / EN 61010-2-101: 2015 / EN 61326-2-6: 2013 / EN IEC 63000: 2018
Specificații comune	Nu se aplică

Montpellier, France
2022/09/06

Claire MALLIÉ
Quality & Regulatory Affairs Junior
Director / PRRC

