

REF A11A01717

CAL 1 x 280 mL

IVD CE



HORIBA ABX SAS  
Parc Euromédecine  
Rue du Caducée  
BP 7290  
34184 Montpellier Cedex 4  
FRANCE

# ABX Pentra Standard 1

- Pentra C200
- Pentra C400
- ABX Pentra 400

**Διάλυμα βαθμονομητή που χρησιμοποιείται για ποσοτικό προσδιορισμό των ιόντων νατρίου, καλίου και χλωρίου με μονάδα ISE.**

## Προβλεπόμενη χρήση

Ο βαθμονομητής **ABX Pentra Standard 1** αποτελεί μέρος ενός συστήματος βαθμονομητών που προορίζεται για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ιόντων νατρίου ( $\text{Na}^+$ ), καλίου ( $\text{K}^+$ ) και χλωρίου ( $\text{Cl}^-$ ) σε βιοχημικό αναλυτή που διαθέτει προαιρετική μονάδα ISE.

## Χαρακτηριστικά

- **ABX Pentra Standard 1** είναι ένα διάλυμα έτοιμο για χρήση.
- Αποτελείται από ένα φιαλίδιο των 280 mL.

### Συστατικά Συγκέντρωση

$\text{Na}^+$	120 mmol/L
$\text{K}^+$	4 mmol/L
$\text{Cl}^-$	100 mmol/L

- Το **ABX Pentra Standard 1** πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παρόν φυλλάδιο. Εάν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά, ο κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόδοση.

## Χειρισμός

1. Αφαιρέστε το αρχικό καπάκι της φιάλης και τοποθετήστε το ακροφύσιο αντιδραστήριου, με το καπάκι του, που είναι προσαρτημένο στον αναλυτή.
2. Βεβαιωθείτε ότι το κάθε αντιδραστήριο έχει συνδεθεί με το σωστό ακροφύσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση των αντιδραστηρίων, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης του αναλυτή.

<sup>a</sup>Τροποποίηση: τροποποίηση κατηγοριοποίησης.

## Απαιτούμενα αλλά μη παρεχόμενα υλικά

- Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής διαθέτει μονάδα ISE ως επιλογή.
- Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός.

## Φύλαξη και σταθερότητα

### Σταθερότητα πριν το άνοιγμα:

Σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης στην ετικέτα, εφόσον φυλάσσεται στους 5-30°C. Να φυλάσσεται προστατευμένο από το φως.

### Σταθερότητα μετά το άνοιγμα:

**ABX Pentra Standard 1** παραμένει σταθερό για 1 μήνα εφόσον αποθηκευτεί σε θερμοκρασία 5-30°C εγκατεστημένο στο κατάλληλο διαμέρισμα του Pentra C200 ή στη μονάδα ISE του Pentra C400 ή του ABX Pentra 400. Να φυλάσσεται προστατευμένο από το φως.

## Διαχείριση αποβλήτων

Ανατρέξτε στις κατά τόπους νομικές απαιτήσεις.

## Γενικές προφυλάξεις<sup>a</sup>

- Το **ABX Pentra Standard 1** πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό της καμπύλης βαθμονόμησης.

# ABX Pentra Standard 1

- Ο συγκεκριμένος βαθμονομητής προορίζεται μόνο για επαγγελματική διαγνωστική χρήση *in vitro*.  
Για εργαστηριακή χρήση.
- Μόνο για συνταγογραφημένη χρήση.
- Το αντιδραστήριο αυτό ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό αρ.1272/2008 (EC).
- **Προειδοποίηση**
  - H360FD:** Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.
  - P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
  - P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
  - P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
  - P308 + P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε γιατρό.
  - P405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο.
  - P501:** Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.
- **ΕUΗ208:** Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει: 2-μεθυλ-(2H)-ισοθειαζολ-3-όνη και 2-οκτυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη.
- Μην το αναρροφάτε με το στόμα.
- Αποφύγετε την κατάποση. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τις βλεννογόνους.
- Λαμβάνετε τις τυπικές εργαστηριακές προφυλάξεις ασφαλούς χρήσης.
- Τα φιαλίδια του μάρτυρα πρέπει να απορρίπτονται μετά από κάθε χρήση. Η απόρριψη όλων των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες.
- Παρακαλούμε να ανατρέξετε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος που αφορά το βαθμονομητή.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχει εμφανής ένδειξη βιολογικής, χημικής ή φυσικής φθοράς.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν δεν τηρούνται οι συνιστώμενες συνθήκες φύλαξης, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας.
- Ο χρήστης πρέπει να έχει εκπαιδευτεί από έναν αντιπρόσωπο της HORIBA Medical προτού επιχειρήσει να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή.
- Εναπόκειται στην ευθύνη των χρηστών να ελέγξουν ότι το έγγραφο αυτό αφορά το βαθμονομητή που χρησιμοποιείται.
- Για τεχνική υποστήριξη, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο +33 (0)4 67 14 15 16.
- Τυχόν σοβαρά περιστατικά που έχουν προκληθεί σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.