

# Yumizen G CLEANER

- Yumizen G800/G800h/G850h
- Yumizen G1500/G1550/G1500h/G1550h

REF 1300036420

CLEANER 1 x 4,5 L

IVD CE

HORIBA ABX SAS  
Parc Euromédecine  
Rue du Caducée  
BP 7290  
34184 Montpellier Cedex 4  
FRANCE

## Διάλυμα πλύσης.

### Προοριζόμενη χρήση<sup>a b</sup>

Το Yumizen G CLEANER είναι ένα διάλυμα πλύσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την καθημερινή συντήρηση και τον καθαρισμό των πλήρως αυτοματοποιημένων αναλυτών της Σειράς Yumizen G κατά τη διάρκεια της χρήσης ρουτίνας.  
Αποκλειστικά για *in vitro* διαγνωστική χρήση.

### Αντιδραστήρια

Yumizen G CLEANER είναι έτοιμο προς χρήση.  
Είναι ένα επιφανειοδραστικό, το οποίο χρησιμοποιείται για την καθημερινή συντήρηση και τον καθαρισμό του αναλυτή πύξης.

Σταθεροποιητής < 0,5%

Yumizen G CLEANER πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παρόν φυλλάδιο.  
Εάν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά, ο κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόδοσή του.

### Χειρισμός

1. Αφήστε το δοχείο να σταθεί για τουλάχιστον 30 min (θερμοκρασία δωματίου).
2. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο συντήρησης του εγχειριδίου χρήσης του οργάνου για την τοποθέτηση νέου δοχείου.

### Απαιτούμενα υλικά που δεν παρέχονται

- Αναλυτής αιμόστασης
- Συνιστώνται αναλυτές HORIBA Medical (Σειρά Yumizen G).

<sup>a</sup>Τροποποίηση: νέα μορφή φυλλαδίου.

<sup>b</sup>Τροποποίηση: προσθήκη νέου οργάνου.

- Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός

### Αποθήκευση και σταθερότητα

#### Σταθερότητα πριν το άνοιγμα

Σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης στην ετικέτα, εφόσον φυλάσσεται στους 15 - 35°C.

#### Σταθερότητα μετά το άνοιγμα

	15 - 35°C
Yumizen G CLEANER	60 ημέρες

### Διαχείριση αποβλήτων

Ανατρέξτε στις κατά τόπους νομικές απαιτήσεις.

### Γενικές προφυλάξεις

- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για επαγγελματική διαγνωστική χρήση *in vitro*.  
Για εργαστηριακή χρήση.
- Για προδιαγραφές χρήσης μόνο.
- Το αντιδραστήριο αυτό ταξινομείται ως μη επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό αρ.1272/2008 (EC).
- Μην το αναρροφάτε με το στόμα.
- Μην αναπληρώνετε τα προϊόντα.
- Αποφύγετε την κατάποση. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τις βλεννογόνους.
- Λαμβάνετε τις τυπικές εργαστηριακές προφυλάξεις ασφαλούς χρήσης.

## Yumizen G CLEANER

- Τα φιαλίδια του προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται μετά τη χρήση. Η απόρριψη όλων των αποβλήτων υλικών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες.
- Ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) που αφορά το προϊόν.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχει εμφανής ένδειξη βιολογικής, χημικής ή φυσικής φθοράς.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν δεν τηρούνται οι συνιστώμενες συνθήκες φύλαξης, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας.
- Ο χρήστης πρέπει να έχει εκπαιδευτεί από έναν αντιπρόσωπο της HORIBA Medical προτού επιχειρήσει να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή.
- Ο χρήστης έχει την ευθύνη να ελέγξει αν αυτό το έγγραφο αφορά το προϊόν που χρησιμοποιείται.
- Για τεχνική υποστήριξη, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο +33 (0)4 67 14 15 16.
- Τυχόν σοβαρά περιστατικά που έχουν προκληθεί σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.
- Η χρήση αναλυτών αιμόστασης τρίτων κατασκευαστών μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο μη εναρμόνισης του συστήματος.
- Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για να αξιολογεί τον κίνδυνο που απορρέει από τη χρήση αναλυτών αιμόστασης τρίτων κατασκευαστών.