

Yumizen G SORB

- Yumizen G800/G800h/G850h
- Yumizen G1500/G1550/G1500h/G1550h

REF 1300036418

CLEANER 12 x 15 mL

IVD CE

HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Solution de lavage.

Utilisation prévue ^{a b}

Yumizen G SORB est une solution de lavage à base d'hypochlorite pour la maintenance quotidienne et le nettoyage des analyseurs de coagulation entièrement automatisés de la Gamme Yumizen G pendant les mesures de diagnostic.

Réservé au diagnostic *in vitro*.

Réactifs

Yumizen G SORB est prêt à l'emploi. C'est une solution de lavage qui nettoie efficacement les résidus de cellule, les protéines et les triglycérides par digestion oxydative et solubilisation par détergent.

Hypochlorite de sodium	< 1,0%
Hydroxyde de potassium	< 1,0%
Détergent	< 1,0%

Yumizen G SORB doit être utilisé conformément à la présente notice. Le fabricant ne peut garantir son efficacité si ces conditions ne sont pas respectées.

Manipulation

- Attendre que les réactifs atteignent la température d'utilisation.
- Pour analyseurs automatiques uniquement** : placer le réactif dans l'instrument sans bouchon comme suit :

Type de support	Type de récipient
Support de réactif	1 x flacon d'origine
Support auxiliaire	1 x flacon d'origine

^aModification : nouvelle forme de notice.

^bModification : nouvel instrument ajouté.

Pour des performances optimales, enlever le réactif de l'instrument après utilisation, fermer le flacon et le conserver à 2 - 8°C.

Attention à ne pas intervertir les bouchons avec ceux d'autres produits.

Matériel nécessaire, mais non fourni

- Analyseur d'hémostase
- Les analyseurs HORIBA Medical (Gamme Yumizen G) sont recommandés.
- Équipement standard de laboratoire

Conservation et stabilité

Stabilité avant ouverture

Stable jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette s'il est conservé à 2 - 8°C.

Stabilité après ouverture

	20 - 25°C
Yumizen G SORB	21 jours

Stabilité opérationnelle

Analyseurs automatiques

	20 - 25°C	15 - 19°C
Yumizen G SORB	21 jours	21 jours

Yumizen G SORB

Traitement des déchets

Se référer à la législation locale en vigueur.

Précautions générales

- Ce produit est destiné au diagnostic *in vitro* professionnel uniquement.
Destiné à une utilisation en laboratoire.
- Réservé à l'usage prescriptif.
- Ce réactif est classé comme dangereux conformément aux réglementations (CE) n° 1272/2008.
- **Avertissement**
 - H315** : Provoque une irritation cutanée.
 - H319** : Provoque une sévère irritation des yeux.
 - H290** : Peut être corrosif pour les métaux.
 - H412** : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
 - P234** : Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
 - P280** : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
 - P390** : Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle n'attaque les matériaux environnants.
 - P406** : Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistante à la corrosion.
 - P501** : Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.
 - P305 + P351 + P338** : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
 - P302 + P352** : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
 - P332 + P313** : En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin.
 - P337 + P313** : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
- Ne pas pipeter à la bouche.
- Ne pas réapprovisionner les produits.
- Ne pas avaler. Éviter tout contact avec la peau et les muqueuses.
- Respecter les précautions d'emploi standard du laboratoire.
- Les flacons de produit doivent être jetés après leur utilisation. L'élimination de tous les déchets doit être conforme aux réglementations locales.
- Se référer à la FDS associée au produit.

- Ne pas utiliser le produit en cas de signe visible de détérioration biologique, chimique ou physique.
- Ne pas utiliser le produit si les conditions de stockage – y compris la température – ne sont pas respectées.
- L'utilisateur doit être formé par un représentant HORIBA Medical avant d'utiliser l'appareil.
- Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si ce document est applicable au produit utilisé.
- Pour toute assistance technique, veuillez contacter le +33 (0)4 67 14 15 16.
- Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du pays dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.
- L'utilisation d'analyseurs d'hémostase tiers peut provoquer un risque de désharmonisation du système.
- La responsabilité d'évaluer le risque lié à l'utilisation d'analyseurs d'hémostase tiers incombe à l'utilisateur.