

Yumizen G CaCl₂ 4

- Yumizen G200
- Yumizen G400 DDi/G405
- Yumizen G800/G800h/G850h
- Yumizen G1500/G1550/G1500h/G1550h

REF 1300036386

BUFFER 12 x 4 mL

IVD CE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Solution de chlorure de calcium de 0,025 M pour tests de coagulation.

Utilisation prévue

Yumizen G CaCl₂ 4 est une solution tampon de 0,025 M de chlorure de calcium utilisée comme réactif supplémentaire pour de nombreux tests de coagulation dans du plasma décalcifié dans un test coagulométrique, pour toutes les populations humaines. Réservé au diagnostic *in vitro*.

Réactifs

Yumizen G CaCl₂ 4 est prêt à l'emploi. C'est une solution tampon de 0,025 M avec stabilisant.

Chlorure de calcium dihydraté < 4 g/L

Azoture de sodium < 1 g/L

Yumizen G CaCl₂ 4 doit être utilisé conformément à la présente notice. Le fabricant ne peut garantir son efficacité si ces conditions ne sont pas respectées.

Manipulation

1. Attendre jusqu'à ce que le réactif atteigne la température d'utilisation.
2. **Pour analyseurs automatiques uniquement** : placer le flacon dans le support de réactif sans bouchon.

Pour des performances optimales, enlever le réactif de l'instrument après utilisation, fermer le flacon et le conserver à 2 - 8°C.

Attention à ne pas intervertir les bouchons avec ceux d'autres produits.

Matériel nécessaire, mais non fourni ^a

- Analyseur d'hémostase
- Les analyseurs HORIBA (Gamme Yumizen G) sont recommandés.
- **Yumizen G CaCl₂ 4** est recommandé avec les réactifs suivants :
 - Yumizen G APTT 4** (1300036377)
 - Yumizen G APTT Liq 2** (1300036379)
 - Yumizen G APTT Liq 4** (1300036381)
 - ACTICLOT® C** (1300081527)
 - ACTICLOT® Protein S** (1300081526)
 - Yumizen G Factor VIII Deficient Plasma** (1300115661)
 - Yumizen G Factor IX Deficient Plasma** (1300115662)
 - Yumizen G Factor XI Deficient Plasma** (1300115664)
 - Yumizen G Factor XII Deficient Plasma** (1300115665)
- Équipement standard de laboratoire

Conservation et stabilité

Stabilité avant ouverture

Stable jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette s'il est conservé à 2 - 8°C.

Stabilité après ouverture

	2 - 8°C
Yumizen G CaCl₂ 4	8 semaines

^aModification : § « Matériel nécessaire, mais non fourni » modifié.

Yumizen G CaCl₂ 4

Stabilité opérationnelle

Analyseurs automatiques

	15 - 19°C
Yumizen G CaCl₂ 4	8 semaines

Analyseurs semi-automatiques

	37°C
Yumizen G CaCl₂ 4	1 jour

- Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du pays dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.
- L'utilisation d'analyseurs d'hémostase tiers peut provoquer un risque de désynchronisation du système.
- La responsabilité d'évaluer le risque lié à l'utilisation d'analyseurs d'hémostase tiers incombe à l'utilisateur.

Traitement des déchets

- Se référer à la législation locale en vigueur.
- Ce produit contient moins de 0,1% d'azoture de sodium comme conservateur. L'azoture de sodium est susceptible de réagir avec le plomb et le cuivre pour former des azotures métalliques explosifs.

Précautions générales

- Ce produit est destiné au diagnostic *in vitro* professionnel uniquement.
Destiné à une utilisation en laboratoire.
- Réservé à l'usage prescriptif.
- Ne pas pipeter à la bouche.
- Ne pas réapprovisionner les produits.
- Ne pas avaler. Éviter tout contact avec la peau et les muqueuses.
- Respecter les précautions d'emploi standard du laboratoire.
- Les flacons de produit doivent être jetés après leur utilisation. L'élimination de tous les déchets doit être conforme aux réglementations locales.
- Se référer à la FDS associée au produit.
- Ne pas utiliser le produit en cas de signe visible de détérioration biologique, chimique ou physique.
- Ne pas utiliser le produit si les conditions de stockage – y compris la température – ne sont pas respectées.
- L'utilisateur doit être formé par un représentant HORIBA avant d'utiliser l'appareil.
- Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si ce document est applicable au produit utilisé.
- Pour toute assistance technique, veuillez contacter le +33 (0)4 67 14 15 16.