

MCDh 4 concentrate

REF. 313610-1000

Differentieret farvning af cellestrukturer



IFU004D

Bibliografi.....	7
Registrering af ændringer.....	7
Juridisk repræsentant.....	7

Kun til professionel brug.

Læs alle disse oplysninger omhyggeligt, inden instrumentet tages i brug.

IFU-indholdet kan ændre sig. Sørg for, at du har den seneste version, der er tilgængelig på my.ral-diagnostics.fr.

Indholdsfortegnelse

Tilsluttet anvendelse	1
Princip.....	1
Enhedsbeskrivelse	2
Betingelser for opbevaring og brug	2
Aktive komponenter	2
Fareklassificering og sikkerhedsoplysninger	2
Personalets kvalifikationer	2
Specifikke, påkrævede materialer, der ikke medfølger	3
Betjeningsprocedurer	3
Forventede resultater.....	4
Ydeevne.....	4
Brugerkvalitetskontrol.....	5
Andre produkter	5
Anbefaling, noter og fejlfinding.....	5
Tabel over symboler og forkortelser	6

Tilsluttet anvendelse

MCDh 4 concentrate er beregnet til brug i kombination med Kit RAL Stainer MCDh og RAL Stainer-instrumentet til differentieret farvning af cellestrukturer før mikroskopisk undersøgelse.

Hvis det er relevant, anbefaler CellaVision RAL Diagnostics brug af de tilknyttede CellaVision RAL-Diagnostics-produkter og kan ikke garantere, at de forventede resultater opnås, hvis de anvendes sammen med produkter fra andre mærker.

Princip

Panoptisk farvning med MCDh gør det muligt at foretage blodtællinger vha. fire på hinanden følgende reagenser: MCDh 1, MCDh 2, MCDh 3 og MCDh 4.

MCDh 1, som er formuleret med ethylalkohol, er en blanding af neutrale farvestoffer. Denne gør det muligt at fiksere udstrykningsprøver, og klargør dem til farvning, især de vandopløselige elementer, såsom basofile granula. Disse farvestoffer er inaktive i alkoholmediet og reagerer kun selektivt, når de frigives i MCDh 2-opløsningen. Dette genererer en udfældning af neutrale farvestoffer, som medfører farvning af erythrocytter, cytoplasma med neutrofile granulocytter samt eosinofile granula. MCDh 3 er en vandig opløsning, som farver cytoplasma med monocytter og lymfocytter. MCDh 3 afhjælper også metakromasiprocessen, da den farver azurofile granula røde. Efterhånden fjerner MCDh 4 overskydende farve og medvirker til differentiering af de cellulære elementer takket være virkningen fra de særligt udvalgte skyllemidler.

Den på hinanden følgende virkning fra MCDh 1, MCDh 2, MCDh 3 og MCDh 4 frembringer den violette farve (en typisk Romanowsky-Giemsa-effekt), som især er synlig i kromatin, trombocytter og neutrofile granula.

Enhedsbeskrivelse

MCDh 4 concentrate

Klar farveløs opløsning

REF. 313610-1000

1 X 1 L

For en bestemt batch henvises der til analysecertifikatet for denne batch, der er tilgængeligt på my.ral-diagnostics.fr.


Betingelser for opbevaring og brug

Opbevaring og anvendelsestemperatur: 15-25°C.

Betingelser for opbevaring og brug: beskyttet mod lys og varmekilder

Holdbarhed for flaske før åbning: se udløbsdatoen på etiketten.

Holdbarhed for flaske efter åbning: 2 måneder efter fortynding, se udløbsdatoen på etiketten. Hvis symbolet "periode efter åbning" er anført, skal dette tages i betragtning.



Aktive komponenter

MCDh 4

Kaliummonofosfat – CAS 7778-77-0: ca 0,3 %

Vandfrit diodisk fosfat - CAS 7558-79-4: Ca 0,3 %

Fareklassificering og sikkerhedsoplysninger



MCDh 4 concentrate

Advarsel:

H226 - Brandfarlig væske og damp.

H317 - May cause an allergic skin reaction.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P261 - Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.

P280 - Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse.

P312 - Farlig ved hudkontakt.

P333+P313 - Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P391 - Udslip opsamles.

CONT	5-kloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on / 2-methyl-2H-isothiazol-3-on
-------------	---

CONT	Isopropyl alcohol
-------------	-------------------

Personalets kvalifikationer

Alle prøver og produkter skal håndteres af kvalificeret og autoriseret personale, der anvender personlig eller kollektiv beskyttelse, i overensstemmelse med de nationale direktiver, der gælder i laboratorierne.. Personalet skal også være opmærksom på klassifikationen af farlige materialer, der er angivet på etiketten og sikkerhedsdatabladet (findes på my.ral-diagnostics.fr).

Diagnosen skal udføres af kvalificeret og autoriseret personale i overensstemmelse med de gældende procedurer på laboratoriet.

Specifikke, påkrævede materialer, der ikke medfølger

Mikroskopobjektglas, absolut ethanol og følgende udstyr fra CellaVision RAL Diagnostics:

Kit RAL Stainer MCDh REF. 360200-0000

RAL Stainer REF. 405000

Dette udstyr kan variere alt efter protokollen. Se den relevante protokol (se afsnittet Betjeningsprocedurer) for at sikre, at du har det nødvendige udstyr til at udføre testen.

Betjeningsprocedurer


Det udstyr, der anvendes til prøvebehandling, skal være i overensstemmelse med leverandørens brugsanvisning.

Prøveklargøring

Prøven skal behandles i overensstemmelse med det lokale laboratories fremgangsmåder og som foreskrevet af nationale myndigheder.

Manuel blodudstrygning: Bland røret ved langsom inversion, og monter en udstrygningsanordning. Vend røret om, og tryk forsigtigt dråbeanordningen ned på et objektglas for at anbringe en lille dråbe blod (Fig. 1- objektglas A i trin 1). Brug et andet objektglas, der er vippet 45 grader (fig. 1- objektglas B i trin 1), spredes blodet ved hjælp af kapillariteten på den korte kant (Fig. 1-trin 2 og 3) ved hjælp af en skubbebevægelse (fig. 1 - trin 4). En udstrygning af en god kvalitet når ikke ud til enden af objektglasset og har en gradvis reduktion af tykkelsen før den udsprede ende. Lad udstrygningen lufttørre, før den fikseres eller farves.

Bemærk: Hvis du ikke har en dryp-anordning, skal du åbne røret og bruge en pipette til at anbringe et bloddråbe.



Figur 1. Skematisk visning af udførelse af en blodudstrygning

A & B: objektglas, 1 – 4: trin 1 til 4

Klargøring af reagenser og instrumenter

Klargør skylleopløsningen i skylletanken ved at fortynde MCDh 4 concentrate-indholdet med 7 L destilleret eller demineraliseret vand, således at den resulterende blanding er på 8 L. Slut derefter skylletanken til RAL Stainer. Denne skyllevæske har en holdbarhed på 2 måneder efter fortynding.

Protokoller

Farvningstrinnene i protokollen, som er anført nedenfor består i at dyppe objektglassene et efter et i forskellige farvningsbade.

Behandlingstiden omfatter kun tiden for neddykning i reagenserne.

Protokol for blodprøver: Badfarvning – Manuel mikroskopanalyse

Behandlingstid [hh: mm: ss]: 00:11:10

Trin	Reagens	Tid [mm: ss]	Indikationer
Fikser og forfarv	MCDh1	07:00	Uden agitation
Stain (Farv)	MCDh2	03:00	Med agitation
Stain (Farv)	MCDh2	00:30	
Stain (Farv)	MCDh3	00:30	
Skyl	Rekonstitueret MCDh 4	00:10	
Tør	I/R	03:00	I/R

Bemærk: I tilfælde af refringence/vand-artefakt fænomener, præfikser objektglassene 2 min i et bad med absolut ethanol før farvning. Start farvningen direkte efter præfikseringstrinnet uden at tørre objektglassene.

Forventede resultater

Nuclei / chromatin: +/- mørkelilla

Granulocytes cytoplasma: Lyslilla-pink

Granulocytter eosinofile granula: svagt orange

Granulocytter, basofile granula: mørkeblå

Granulocytter neutrofile granula: +/- mørkelilla

Lymfocytter cytoplasma med RNA: klar blå

Lymfocytter cytoplasma uden RNA: lyseblå

Lymfocytter azurofile granula: rød

Monocytter cytoplasma: gråblå

Erythrocytter: lyserøde-beige

Trombocyt-kromomer: rødlilla

Trombocyt-hyalomere: blålig

Blodparasitter, nucleus: rød

Blodparasitter, cytoplasma: blå

Hvis de observerede resultater varierer i forhold til de forventede, bedes man kontakte CellaVision RAL Diagnostiske tekniske service gennem den leverandør, man sædvanligvis benytter, for assistance.

Ydeevne

MCDh 4-koncentratets ydeevne blev evalueret i kombination med de øvrige komponenter i Kit RAL Stainer MCDh på et hospitalslaboratorium med 473 kliniske røver (blod, knoglemarv).

Følsomheden af reagenserne i kittet RAL Stainer MCDh blev evalueret i sammenligning med laboratoriets rutinemæssige referenceteknik: MCDh-badfarvningsmetoden i Slide Maker Stainer (SMS)-automaten.

Alle undersøgelser blev gennemført parallelt under de samme betingelser.

De opnåede resultater i denne undersøgelse viser, at effektiviteten af kittet RAL Stainer MCDh er ækvivalent med den rutinemæssige MCDh-metode.

MCDh 4-koncentratet i kombination med Kit RAL Stainer MCDh og RAL Stainer-instrument muliggør farvning af cellestruktur og mikroskopisk analyse.

Da de ikke gør det muligt at detektere analytter, er den analytiske ydeevne ikke anvendelig for dette reagens.

Dette medicinske udstyr er baseret på videnskabelig validitet (videnskabelig peer-fagfællebedømt litteratur) og demonstration af klinisk ydeevne gennem erfaring fra rutinemæssig diagnostisk testning samt regelmæssig evaluering af denne ydeevne inden for opfølgningen, efter at udstyret er bragt i omsætning (PMPF) for at sikre, at det fortsat opfylder de forventede standarder for ydeevne og sikkerhed.

Brug rent og tørt laboratorieudstyr for at sikre produktets ydeevne.

Laboratoriet er ansvarligt for at underrette producenten og den kompetente myndighed om enhver alvorlig hændelse i forbindelse med brug af medicinsk udstyr.

Bruger kvalitetskontrol

Brugerne er imidlertid ansvarlige for at fastlægge de relevante kvalitetskontrolprocedurer for deres eget laboratorium og for at overholde de gældende laboratorieregler.

CellaVision RAL Diagnostics anbefaler farvning af en nyfremstillet blodudstrygning med et normalt WBC-tal og ingen kendt unormal patologi ved udskiftning af reagens og for den første farvningscyklus hver dag. Objektglas, der er farvet med henblik på kvalitetskontrol, skal kontrolleres for at sikre, at de er tilfredsstillende til den tilsigtede test (korrekt farvede og uden bundfald).

Farvningsresultater skal også være i overensstemmelse med de forventede resultater i denne manual.

Disse kvalitetskontrolprocedurer bør kun udføres af kvalificeret personale.

Andre produkter

Forskellige oplysninger kan indhentes ved at kontakte sin sædvanlige leverandør.

Anbefaling, noter og fejlfinding

Produkternes udseende

Hvis produkternes udseende er anderledes end beskrivelsen ovenfor, må man ikke bruge dem, og man bedes kontakte CellaVision RAL Diagnostics teknisk service gennem sin sædvanlige leverandør for assistance.

Bemærkninger til procedurerne

For at undgå forringelse af produkterne skal du overholde de anbefalinger til opbevaring og håndtering, der er angivet i denne vejledning.

MCDh 4 concentrate-opløsningen kan have en gul tone, uden at det ændrer farvningens kvalitet. Den skal fortyndes Q.S. 8 L i RAL Stainer-skylletanken med 10 L kapacitet. Hæld 1 L indhold fra MCDh 4 concentrate-flasken i skylletanken, og fortynd indholdet ved at tilsætte 7 L destilleret eller demineraliseret vand. Denne skylleopløsning har en holdbarhed på 2 måneder efter fortynding. Forskellige batcher af rekonstituerede produkter kan blandes i skylletanken, der anvendes til RAL Stainer.

I tilfælde af refringence/vand-artefakt fænomener, præfikseres objektglassene 2 min i et bad med absolut ethanol før farvning.

Farven efter første farvningscyklus kan forekomme en smule lysere end den endelige farvetone. Om nødvendigt kan man kalibrere farvningen med tomme objektglas uden at analysere dem.

Produktstabilitet

Hvert CellaVision RAL Diagnostics produkt kan anvendes indtil den udløbsdato, der er angivet på den originale emballage og altid er hermetisk forseglet.

Farvningsstabilitet

Farve kvalitet og reproducerbarhed afhænger af den korrekte brug af produkterne.

Farvning udført i henhold til disse anbefalinger vil forblive stabil i flere dage. Hvis det er nødvendigt at opbevare de farvede udstrygninger i flere måneder eller år, anbefaler CellaVision RAL Diagnostics, at de monteres med dækglass ved hjælp af en egnet monteringsvæske og opbevares i en let og støvtæt beholder.

Instruktioner i rengøring og bortskaffelse af affald

Alle biologiske prøver og væsker og forbrugsstoffer bør betragtes som potentielt farlige.






































For at undgå enhver risiko skal du følge disse instruktioner: Bortskaf prøver, spildevand og forbrugsartikler i overensstemmelse med laboratoriestandarder og gældende nationale og lokale standarder og bestemmelser.

Kemisk og biologisk affald skal indsamles og behandles af specialiserede, registrerede virksomheder.

Tabel over symboler og forkortelser

Afhængigt af, hvilket produkt man bruger, vil man kunne finde følgende symboler på enheden eller på emballagen.

GHS-piktogrammer	Tolkning
	Eksplisionsfare
	Brandfarlig
	Oxiderende
	Komprimerer gas
	Ætsende
	Giftig
	Skadelig
	Sundhedsfare
	Miljømæssige farer
	Ingen relevant mærkning

Symboler	Tolkning
	Batchkode
	Serienummer
	Katalogreferance
	Fremstillingsdato
	Sidste anvendelsesdato
	Unik enhedsidentifikator
	Producent
	Importer
	Enhed, der leverer lægelig rådgivning i den pågældende region.
	CE-mærkningsudstyr
	Medicinsk anordning til in vitro-diagnostisk anvendelse
	Godkendt repræsentant i det Europæiske Fællesskab
	Godkendt repræsentant i Schweiz
	Godkendt repræsentant i Storbritannien.
	Overholder retningslinjerne for Storbritannien
	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget
	Opbevares væk fra lys
	Holdes væk fra varme
	Temperaturgrænse: 15-25 °C
	Temperaturgrænse: 15-30 °C
	Opbevares tørt
	Æske: skal vende opad under håndtering
	Skræbeligt indhold
	Steriliseret med bestråling
	Enkelt sterilt barriersystem med ydre beskyttende emballage
	Steril og strålesteriliseret barriere
	Må ikke genbruges
	Må ikke resteriliseres
	Tilstrækkeligt til n antal tests
	Indeholder farligt materiale
	Se brugsanvisningen
	Anvendelse
	Skal anvendes XX måneder efter åbning
	Produktet må ikke anvendes sammen med en automatiske farvemaskiner
	Angiver en medicinske anordning, som indeholder potentielt kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske-stoffer (CMR) eller stoffer, der er klassificerede som hormonforstyrrende

Bibliografi

1. **BENATTAR L., FLANDRIN G.**, *Morphometry and Quality Control for a May-Grünwald Giemsa stained preparation. A 40 centers cooperative study. Leuk. & Lymphoma* 1999, 33, 587-591.
2. **BENATTAR L., FLANDRIN G.**, *Etapes de l'automatisation de l'étude microscopique du sang. Rencontre Médecins biologistes, 2002. ATEB, Journée Technique Parisienne*, mars 1977.
3. **DUHAMEL G., DUHAMEL E.**, *Cytologie hématologique, Les cellules pathologiques I et II, Coloration au May-Grünwald Giemsa RAL, Biologiste et Praticien et Réactifs RAL, 1984 et 1989.*
4. **Ecole Nationale de Chimie**, *Coloration de Pappenheim, Présentation théorique des mécanismes cytochimiques des colorants neutres avec applications techniques détaillées, Journée du technicien biologiste*, mars 1980, p. 1-9.
5. **GENTILHOMME O., TREILLE-RITOUET D., BRYON P-A.**, *Cytologie hématologique, Les cellules normales, Coloration au May-Grünwald Giemsa RAL, Réactifs R.A.L, 1989.*
6. **THEML H.**, *ATLAS de poche d'Hématologie, Médecine-Sciences Flammarion*, p. 19-25, 2000

Registrering af ændringer

Dato	Version	Ændringer
03/2025	IFU004D	Opdatering af følgende sætninger: Ydeevne og Forventede resultater. Fjernelse af GMED-logoet.
07/2024	IFU004C	Opdatering af følgende sætninger: Bruger kvalitetskontrol og Tabel over symboler og forkortelser. Tilføjelse af CH-REP- og UK-REP-symboler.
05/2023	IFU004B	Opdatering i overskriften og i de følgende afsnit: Betingelser for opbevaring og brug, Aktive komponenter, Betjeningsprocedurer, Forventede resultater, og Anbefaling, noter og fejlfinding. Tilføjelse af juridiske repræsentanter og GMED-logo.
05/2022	IFU004A	IVDR (EU) 2017/746 compliance

Juridisk repræsentant

Land	Adresse
UK REP	Qavis UK Ltd, company N° SC679796, 56-66 Frederick Street Edinburgh, EH21LS, United Kingdom
CH REP	MedEnvoy Switzerland, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug Switzerland

