

ABX Pentra ISE Cleaner CP

Общие меры предосторожности ^a

- Данный реагент предназначен только для профессионального использования для диагностики *in vitro*.

Предназначено для использования в лабораторных условиях.

- Использование только по назначению врача.
- Согласно нормативному документу (ЕС) N°.1272/2008 этот реагент считается вредным веществом.

Предупреждение

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P261: Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей.

P280: Наденьте защитные перчатки или одежду и средства защиты глаз или лица.

P302 + P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P333 + P313: При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу.

P501: Утилизировать содержимое и контейнер в соответствии с местными, региональными, государственными и международными правилами.

Содержит: метилизотиазолинон

Содержит: октилинон (ISO)

- Не глотать. Избегать контакта с кожей и слизистыми оболочками.
- При возникновении недомогания после попадания на кожу, проглатывания или вдыхания каких-либо веществ обратитесь к врачу.
- Соблюдайте стандартные меры предосторожности для лабораторных исследований.
- Кассеты с реагентами являются одноразовыми и подлежат утилизации согласно местным нормативным требованиям.
- См. относящийся к реагенту MSDS.
- Не используйте продукт при видимых признаках его биологического, химического или физического ухудшения качества.
- Не используйте продукт, если не соблюдаются рекомендуемые условия хранения, включая температуру.
- Прежде чем приступать к работе с анализатором, оператор обязан пройти обучение у представителя компании HORIBA Medical.

- Ответственность за проверку применимости этого документа к используемому реагенту лежит на пользователе.
- За технической помощью обращайтесь по телефону +33 (0)4 67 14 15 16.
- Любые серьезные происшествия, имевшие место в связи с эксплуатацией анализатора, необходимо доводить до сведения производителя и до уполномоченного органа власти страны, в которой находится оператор прибора и/или пациент.

^aИзменение: изменение информации об общих мерах предосторожности.