

Hematologiudstyr (til in vitro-diagnosticering)

## ABX Cleaner

04/02/08  
A95A00012GDA

### Eksklusiv anvendelse:

ABX Micros  
ABX Micros CRP  
ABX Micros ES60\*  
ABX Micros CRP 200\*  
ABX Pentra 60  
ABX Pentra 60 C+  
ABX Pentra 80  
ABX Pentra XL 80  
ABX Pentra 120  
ABX Pentra 120 Retic  
ABX Pentra DF 120  
ABX Pentra DX 120  
ABX Slide Preparation System

**REF** 0903010 (1L)  
0903011 (0,5L)\*

**REAGENT** 1L  
0,5L\*

**IVD** 



**HORIBA ABX SAS**  
BP 7290 - 34184 Montpellier  
cedex 4 - France

## 1. Funktioner

Enzymatisk opløsning med proteolytisk aktivitet til rensning af HORIBA Medical instrumenter til celletælling<sup>3</sup>.

### Følgende måleprocedure skal følges ved brug af produktet:

Metodens princip, specifikke analytiske karakteristika for ydeevnen, analytisk sensitivitet, diagnostisk sensitivitet, analytisk specificitet, diagnostisk specificitet, nøjagtighed, repeterbarhed, reproducerbarhed (herunder kontrol af interferens fra kendte relevante stoffer), detektionsgrænser, metodens begrænsninger samt oplysninger om brugerens anvendelse af tilgængelige måleprocedurer og materialer som reference: se afsnittet: "Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet.

## 2. Opbevaring og holdbarhed

**Opbevaringsvilkår:** Opbevares ved 18°C - 25°C (65°F - 77°F).

**Åben stabilitet:** maksimum en måned efter glasset har været åbnet.

**Udløbsdato:** Se symbolet for "udløbsdato" på reagensballagens etiket.

## 3. Målinger, principper og resultater

**Anvendelse:** se afsnittet: "Vedligeholdelse og fejlfinding" i brugermanualen til instrumentet.

**Måleprincipper:** se afsnittet: "Beskrivelse og teknologi" i brugermanualen til instrumentet.

**Resultater:** se afsnittet: "Arbejdsgang" i brugermanualen til instrumentet

a. Ændring af indeks F til G: ABX Micros ES60

**Data for ydeevnen:** se afsnittet: "Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet.

Bemærk! Hvis ydeevnen ændres, skal den lokale forhandler for HORIBA Medical underrettes herom.

## 4. Sammensætning og forholdsregler ved håndtering

### Sammensætning:

Organisk buffer..... < 20 %

Proteolytisk enzym ..... < 1 %

**pH:** 9,6 +/- 0,4 (T = 20°C)

**Modstandsebene:** 72 +/- 2 Ω (T = 20°C)

**Beskrivelse:** Gennemsigtig væske.

**Forholdsregler ved håndtering:** Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Brug laboratoriehandsker ved håndtering af produktet. Produktet kan være skadeligt ved indtagelse eller indånding. Hold flasken lukket, når produktet ikke anvendes. Se det MSDS (datasikkerhedsblad), der hører til reagenset.

**Prøvetagning og blanding:** se afsnittet: "Arbejdsgang" i brugermanualen til instrumentet.

## 5. Begrænsninger og bortskaffelse af affald

**Begrænsninger:** se afsnittet: "Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet.

**Sikker bortskaffelse af affald:** se afsnittet: "Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet. Se det MSDS (datasikkerhedsblad), der hører til reagenset.

Den seneste version af dokumenterne findes på [www.horiba-abx.com](http://www.horiba-abx.com)

