

血液学装置（試験管内テスト用）

ABX Cleaner

21/07/08
A95A00012FJP

専用：

ABX Micros
ABX Micros CRP
ABX Micros CRP 200*
ABX Pentra 60
ABX Pentra 60 C+
ABX Pentra 80
Pentra XL 80
ABX Pentra 120
Pentra 120 Retic
ABX Pentra DF 120
Pentra DX 120
スライド準備システム

REF 0903010 (1L)
0903011 (0,5L)*

REAGENT 1L
0,5L*

IVD **CE**



HORIBA ABX
BP 7290 - 34184 Montpellier
cedex 4 - France

1. 特長

HORIBA ABX 血球計装置を清浄するためのタンパク質分解作用のある酵素溶剤。

本装置を使った測定方法：

方法の原理、特定分析の性質、分析上感度、診断上感度、分析の特異性、診断の特異性、精度、繰り返し精度、再現精度（既知の関連性のある干渉を含む）、検出限度、方法の制限、ユーザーにより利用可能な参照測定手順及び素材の使用に関する情報：本装置取扱説明書の《セクション：仕様》を参照のこと。

2. 保存及び期限：

保存条件：18°C (65°F) ~ 25°C (77°F) で保存。

開封後の安定性：開封後、最高一ヶ月の安定性を持ちます^a。

有効期限：試薬パッケージ表記の《有効期限》を参照のこと。

3. 測定、原理、及び結果

使用方法^b：本装置取扱説明書の《セクション：メンテナンスとトラブルシューティング》を参照のこと。

測定の原理：本装置取扱説明書の《セクション：説明及び技術》を参照のこと。

結果：本装置取扱説明書の《セクション：ワークフロー》を参照のこと。

性能データ：本装置取扱説明書の《セクション：仕様》を参照のこと。

メモ：性能に変化がある場合は、HORIBA ABX の担当にお問い合わせください。

a.Index E から F への改善：開封後の安定性
b.Index E から F への改善：改善（使用方法）

4. 成分及び取扱上のご注意

成分：

組織緩衝剤.....<20 %

タンパク質分解酵素.....<1 %

pH: 9.6 +/- 0.4 (T = 20°C)

抵抗性: 72 +/- 2 Ω (T = 20°C)

説明：透明な液体。

取扱上のご注意：目、皮膚、衣服へに接触しないようご注意ください。本製品を扱う際は、実験用手袋を着用してください。本製品を摂取したり、吸い込んだりすると危険な可能性があります。使用時以外は瓶をしっかりと密封してください。試薬に関連性のある MSDS を参照してください。

採集と混合の実例：本装置取扱説明書の《セクション：ワークフロー》を参照のこと。

5. 制限及び廃棄物処理

制限：本装置取扱説明書の《セクション：仕様》を参照のこと。

安全な廃棄物処理：本装置取扱説明書の《セクション：仕様》を参照のこと。試薬に関連性のある MSDS を参照してください。