

Dispositivos Hematología (para diagnóstico in vitro)

ABX Cleaner

06/10/09
A95A00012HES

Uso exclusivo:

ABX Micros ES60*
ABX Micros CRP 200*
ABX Pentra 60
ABX Pentra 60 C+
Pentra ES60
ABX Pentra 80
ABX Pentra XL 80
ABX Pentra 120
ABX Pentra 120 Retic
ABX Pentra DF 120
ABX Pentra DX 120

REF 0903010 (1L)
0903011 (0,5L)*

REAGENT 1L
0,5L*

IVD 



HORIBA ABX SAS
BP 7290 - 34184 Montpellier
cedex 4 - France

1. Funciones

Solución enzimática con acción proteolítica para la limpieza de los contadores hematológicos de HORIBA Medical^a.

Procedimiento de medición que debe seguirse al utilizar el dispositivo:

Principio del método, características de rendimiento analítico específicas, sensibilidad analítica, sensibilidad diagnóstica, especificidad analítica, especificidad diagnóstica, precisión, repetibilidad, reproducibilidad (incluido el control de interferencias relevantes conocidas), límites de detección, limitaciones del método e información sobre el uso de procedimientos y materiales de medición de referencia disponibles para el usuario: consulte el apartado "Especificaciones" del Manual del usuario del instrumento.

2. Conservación y caducidad

Condiciones de almacenamiento: almacenar a una temperatura de entre 18°C y 25°C.

Estabilidad tras la apertura: máximo de un mes tras la apertura del vial.

Fecha de caducidad: consulte la etiqueta del embalaje del reactivo "fecha de caducidad".

3. Mediciones, principios y resultados

Instrucciones de uso: consulte el apartado "Mantenimiento y Solución de problemas" del Manual del usuario del instrumento.

Principios de medición: consulte el apartado "Descripción y tecnología" del Manual de usuario del instrumento.

a. Modificación del índice G a H: Pentra ES60

Resultados: consulte el apartado "Flujo de trabajo" del Manual de usuario del instrumento

Datos de rendimiento: consulte el apartado "Especificaciones" del Manual de usuario del instrumento.

Nota: si el rendimiento sufre modificaciones, póngase en contacto con su representante de HORIBA Medical.

4. Composición y precauciones de manipulación

Composición:

Tampón orgánico... < 20%
Enzima proteolítica... < 1%

pH: 9,6 +/- 0,4 (T = 20°C)

Resistividad: 72 +/- 2 Ω (T = 20°C)

Descripción: líquido transparente.

Precauciones de manipulación: evite el contacto con los ojos, la piel y la vestimenta. Utilice guantes de laboratorio para manipular el producto. El producto puede ser nocivo en caso de ingestión o inhalación. Mantenga el frasco cerrado cuando no lo utilice. Consulte las hojas de especificaciones técnicas (MSDS) correspondientes al reactivo.

Recogida y mezcla de muestras: consulte el apartado "Flujo de trabajo" del Manual de usuario del instrumento.

5. Limitaciones y eliminación de residuos

Limitaciones: consulte el apartado “Especificaciones” del Manual de usuario del instrumento.

Eliminación de residuos segura: consulte el apartado “Especificaciones” del Manual de usuario del instrumento. Consulte las hojas de especificaciones técnicas (MSDS) correspondientes al reactivo.