

Dispositivos ABX Hematología (para diagnóstico in vitro)

## ABX Miniclean

### Uso exclusivo:

Dispositivo ABX Hematología	Exclusivo
Micros 45 / 60	✓
Argos & Helios	
Micros CRP	✓
Pentra 60	
Pentra 60 C+	
Pentra 80	
Pentra XL 80	
Pentra 120	
Pentra 120 Retic	
Pentra DX 120	
Sistema de preparación de portaobjetos	

24/05/04  
A95A00199B

**REF** 0403010 (1 l)

**REAGENT** 1 l

**IVD** 



**ABX Diagnostics**  
BP 7290 - 34184 Montpellier  
cedex 4 - France

## 1. Funciones

Solución enzimática con acción proteolítica para la limpieza de los contadores hematológicos de ABX.

### Procedimiento de medición que debe seguirse al utilizar el dispositivo:

Principio del método, características de rendimiento analítico específicas, sensibilidad analítica, sensibilidad diagnóstica, especificidad analítica, especificidad diagnóstica, precisión, repetibilidad, reproducibilidad (incluido el control de interferencias relevantes conocidas), límites de detección, limitaciones del método e información sobre el uso de procedimientos y materiales de medición de referencia disponibles para el usuario: consulte el apartado «Especificaciones» del Manual del usuario del instrumento.

## 2. Conservación y caducidad

**Condiciones de almacenamiento:** almacenar a una temperatura de entre 18°C y 25°C protegido de la luz.

**Fecha de caducidad:** consulte la etiqueta del embalaje del reactivo «fecha de caducidad».

## 3. Mediciones, principios y resultados

**Instrucciones de uso:** consulte el apartado «Ubicación y conexión del reactivo» del Manual del usuario del instrumento.

**Principios de medición:** consulte el apartado «Tecnología» del Manual del usuario del instrumento.

**Resultados:** consulte el Manual del usuario del instrumento.

**Datos de rendimiento:** consulte el apartado «Especificaciones» del Manual del usuario del instrumento.

Nota: si el rendimiento sufre modificaciones, póngase en contacto con su representante de ABX Diagnostics.

## 4. Composición y precauciones de manipulación

### Composición:

Tampón orgánico . . . . . <20%  
Enzima proteolítica . . . . . <1%

**pH:** 9,6 +/- 0,4 (T = 20°C)

**Resistividad:** 72 +/- 2 Ω (T = 20°C)

**Descripción:** líquido incoloro.

**Precauciones de manipulación:** evite el contacto con los ojos, piel y vestimenta. Utilice guantes de laboratorio para manipular el producto. El producto puede ser nocivo en caso de ingestión o inhalación.

Mantenga el frasco cerrado cuando no lo utilice. Consulte las hojas de especificaciones técnicas (MSDS) correspondientes al reactivo.

**Recogida y mezcla de muestras:** consulte el apartado «Recogida y mezcla de muestras» del Manual del usuario del instrumento.

## 5. Limitaciones y eliminación de residuos

**Limitaciones:** consulte el apartado «Especificaciones» del Manual del usuario del instrumento.

**Eliminación de residuos segura:** siga el protocolo de su laboratorio para neutralizar y desechar los residuos. Consulte las hojas de especificaciones técnicas (MSDS) correspondientes al reactivo.

