

Hämatologiegeräte (für die in Vitro-Diagnostik)

## ABX Basolyse

### Ausschließliche Verwendung:

Argos/Helios (5diff)  
Micros  
Micros CRP  
Pentra 60  
Pentra 60 C+  
Pentra 80  
Pentra XL 80  
Pentra 120  
Pentra 120 Retic  
Pentra DF 120  
Pentra DX 120  
Slide Preparation System

15/10/07  
A95A00001DDE

**REF** 0204050 (5L)

**REAGENT** 5L

**IVD** 



**HORIBA ABX**  
BP 7290 - 34184 Montpellier  
cedex 4 - France

## 1. Funktionen

Lösung für die Differenzierung von Leukozytensubpopulationen bei Blutzellenzählungen auf HORIBA ABX-Geräten.

**Bei der Verwendung des Gerätes sind folgende Verfahren zu beachten:**

Prinzip der Methode, spezifische Leistungsmerkmale der Analysen, analytische Sensitivität, diagnostische Sensitivität, analytische Spezifität, diagnostische Spezifität, Genauigkeit, Wiederholbarkeit, Reproduzierbarkeit, Nachweisgrenzen, Grenzen der Methode sowie Informationen über die Verwendung der verfügbaren Verfahren und Materialien für Referenzmessungen: siehe Kapitel „Spezifikationen“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

## 2. Lagerung & Haltbarkeit

**Lagerung:** bei Raumtemperatur zwischen 18°C und 25°C.

**Haltbarkeit nach dem Öffnen der Flasche:** maximal 5 Monate<sup>a</sup>.

**Verfallsdatum:** siehe Angabe auf dem Etikett der Reagenzienverpackung.

## 3. Messungen, Verfahren & Ergebnisse

**Gebrauchsanleitung<sup>b</sup>:** siehe Kapitel „Wartung & Fehlerbehebung“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

Dieses Reagenz ist nur für die professionelle *in Vitro*-Diagnostik bestimmt.

**Messverfahren:** siehe Kapitel „Gerätebeschreibung & Technologie“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

**Ergebnisse:** siehe Kapitel „Arbeitsablauf“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

**Leistungsdaten:** siehe Kapitel „Spezifikationen“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

Hinweis: Wenn sich die Leistungsdaten ändern sollten, wenden Sie sich bitte an Ihre HORIBA ABX-Vertretung.

## 4. Zusammensetzung & Vorsichtsmaßnahmen

### Zusammensetzung<sup>c</sup>:

Salzsäure ..... <0,001 %

Phthalsäure..... <0,1 %

Natriumlaurylsulfat ..... <0,1 %

**pH:** 2,7 +/- 0,2 (T = 20°C)

**Widerstand:** 720 +/- 20 Ω (T = 20°C)

**Beschreibung:** Transparente Flüssigkeit in transparentem, eckigem 5 l-Kunststoffbehälter.

**Vorsichtsmaßnahmen:** Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Beim Umgang mit dem Produkt Schutzhandschuhe tragen. Einatmen oder Schlucken des Produktes kann gesundheitsschädigend sein. Flasche nach der Verwendung geschlossen halten. Kontakt mit zyanidhaltigen Produkten vermeiden. Weitere Informationen enthält das Sicherheitsdatenblatt des Reagenz.

**Entnahme und Mischen von Probenmaterial:** siehe Kapitel „Arbeitsablauf“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

c. Änderung von Index C zu D: Neue Zusammensetzung

## 5. Grenzen der Methode & Abfallentsorgung

**Grenzen der Methode:** siehe Kapitel „Spezifikationen“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

**Sichere Abfallentsorgung:** siehe Kapitel „Spezifikationen“ im Benutzerhandbuch des Gerätes. Weitere Informationen enthält das Sicherheitsdatenblatt des Reagenz.