

Dispositivi per analisi ematologiche (per l'uso diagnostico in vitro)

## ABX Basolyse

### Utilizzo esclusivo:

Argos/Helios (5diff)  
Micros  
Micros CRP  
Pentra 60  
Pentra 60 C+  
Pentra 80  
Pentra XL 80  
Pentra 120  
Pentra 120 Retic  
Pentra DF 120  
Pentra DX 120  
Slide Preparation System

15/10/07  
A95A00001DIT

**REF** 0204050 (5L)

**REAGENT** 5L

**IVD** 



**HORIBA ABX**  
BP 7290 - 34184 Montpellier  
cedex 4 - France

## 1. Funzioni

Soluzione per la differenziazione delle sottopopolazioni leucocitarie sugli apparecchi HORIBA ABX destinati alla conta delle cellule ematiche.

### Procedura di misurazione a cui attenersi per l'utilizzo del dispositivo

Principio del metodo, caratteristiche delle prestazioni analitiche specifiche, sensibilità analitica, sensibilità diagnostica, specificità analitica, specificità diagnostica, accuratezza, ripetibilità, riproducibilità, limiti di rilevabilità, limiti del metodo e delle informazioni relative all'utilizzo delle procedure di misurazione di riferimento e del materiale disponibili all'utente: vedere la sezione "Specifiche" del Manuale d'uso in dotazione allo strumento.

## 2. Conservazione e scadenza

**Conservazione:** temperatura ambiente compresa tra 18°C e 25°C.

**Stabilità aperta:** massimo 5 mesi dopo l'apertura della fiala<sup>a</sup>.

**Data di scadenza:** vedere la data di scadenza riportata sulla confezione del reagente.

## 3. Misurazioni, principi e risultati

**Istruzioni per l'uso<sup>b</sup>:** vedere la sezione "Manutenzione e risoluzione dei problemi" del Manuale d'uso in dotazione allo strumento.

Il reagente può essere utilizzato esclusivamente da esperti a fini diagnostici *in vitro*.

**Principi di misurazione:** vedere la sezione "Descrizione e tecnologia" del Manuale d'uso in dotazione allo strumento.

**Risultati:** vedere la sezione "Flusso di lavoro" del Manuale d'uso in dotazione allo strumento.

**Dati sulle prestazioni:** vedere la sezione "Specifiche" del Manuale d'uso in dotazione allo strumento.

Nota: se si riscontrano delle variazioni nelle prestazioni, contattare il Servizio tecnico di HORIBA ABX.

## 4. Composizione e precauzioni d'uso

### Composizione<sup>c</sup>

Acido cloridrico..... <0,001 %

Acido ftalico..... <0,1 %

Sodio dodecil solfato ..... <0,1 %

**pH:** 2,7 +/- 0,2 (T = 20°C)

**Resistività:** 720 +/- 20 Ω (T = 20°C)

**Descrizione:** Liquido trasparente in un Cubitainer® da 5 l di plastica trasparente.

**Precauzioni d'uso:** evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Indossare i guanti di laboratorio. Nocivo per ingestione o inalazione. Mantenere il flacone chiuso quando non viene utilizzato. Evitare il contatto con prodotti contenenti cianuro. Consultare la scheda di sicurezza specifica del reagente.

**Prelievo dei campioni e miscelazione:** vedere la sezione "Flusso di lavoro" del Manuale d'uso in dotazione allo strumento.

c.Modifica dell'indice dalla C alla D: Nuova composizione

a.Modifica dell'indice dalla C alla D: Stabilità aperta

b.Modifica dell'indice dalla C alla D: Modifica (Istruzioni per l'uso)

## 5. Limitazioni e smaltimento dei reflui

**Limitazioni:** vedere la sezione "Specifiche" del Manuale d'uso in dotazione allo strumento.

**Smaltimento sicuro dei reflui:** vedere la sezione "Specifiche" del Manuale d'uso in dotazione allo strumento. Consultare la scheda di sicurezza specifica del reagente.