

Hæmatologiudstyr (til in vitro-diagnosticering)

ABX Basolyse II

Eksklusiv anvendelse:

Micros CRP
Micros
Pentra 60
Pentra 60 C+
Pentra 80
Pentra XL 80
Pentra 120
Pentra 120 Retic
Pentra DX 120
Slide Preparation System

10/12/07
A95A00002EDA

REF 0906003 (1L)

REAGENT 1L

IVD 



HORIBA ABX
BP 7290 - 34184 Montpellier
cedex 4 - France

1. Funktioner

Erytrocytlysereagens til leukocyttælling og basofildifferentiering på HORIBA ABX-instrumenter til blodlegemetælling.

Følgende måleprocedure skal følges ved brug af produktet:

Metodens princip, specifikke analytiske karakteristika ydeevnen, analytisk sensitivitet, diagnostisk sensitivitet, analytisk specificitet, diagnostisk specificitet, nøjagtighed, repeterbarhed, reproducerbarhed, inklusive kontrol af kendt relevant interferens, detektionsgrænser, metodens begrænsninger samt oplysninger om brugerens anvendelse af tilgængelige måleprocedurer og materialer som reference: Se afsnittet: "Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet.

2. Opbevaring og holdbarhed

Opbevaringsvilkår: Ved stuetemperatur mellem 18°C - 25 °C (65°F - 77°F).

Stabilitet efter åbning: Maksimum 10 måneder efter at et hætteglas er åbnet^a.

Udløbsdato: Se symbolet for "udløbsdato" på reagentsemballagens etiket.

3. Målinger, principper og resultater

Anvendelse^b: Se afsnittet: "Vedligeholdelse og Fejlfinding" i instrumentets Brugermanual.

Måleprincipper : Se afsnittet: "Beskrivelse og teknologi" i brugermanualen til instrumentet.

Resultater: Se afsnittet: "Arbejdsgang" i brugermanualen til instrumentet

Data for ydeevnen: Se afsnittet: "Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet.

Bemærk! Hvis ydeevnen ændres, skal den lokale forhandler for HORIBA ABX underrettes herom.

4. Sammensætning og forholdsregler ved håndtering

Sammensætning:

Saltsyre..... <0,05 %

Detergenter..... <0,5 %

pH : 2,4 +/- 0,2 (T = 20°C)

Modstandsevne : 61 +/- 2 Ω (T = 20°C)

Beskrivelse: Farveløs vandig opløsning.

Forholdsregler ved håndtering: Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Brug laboratoriehandsker ved håndtering af produktet. Produktet kan være skadeligt ved indtagelse eller indånding. Hold flasken lukket, når produktet ikke anvendes. Se det MSDS (datasikkerhedsblad), der hører til reagenset.

Prøvetagning og blanding: Se afsnittet: "Arbejdsgang" i brugermanualen til instrumentet.

a.Ændring fra indeks D til E: Stabilitet efter åbning
b.Ændring fra indeks D til E: Ændring (Anvendelse)

5. Begrænsninger og bortskaffelse af affald

Begrænsninger: Se afsnittet: "Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet

Sikker bortskaffelse af affald: Se afsnittet: "Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet. Se det MSDS (datasikkerhedsblad), der hører til reagenset.