

血液学装置（試験管内テスト用）

ABX Basolyse II

08/06/2010
A95A00002GJA

REF 0906003 (1L)

REAGENT 1L

IVD 



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

専用：

ABX Micros CRP
ABX Micros
ABX Pentra 60
ABX Pentra 60 C+
Pentra ES60
Pentra MS60
ABX Pentra 80
ABX Pentra XL 80
ABX Pentra 120
ABX Pentra 120 Retic
ABX Pentra DX 120
ABX Slide Preparation System

1. 機能

ホリバメディカル血球カウンターにおける白血球測定および好塩基球分化の赤血球溶解試薬^a。

本装置の使用における測定手順：

メソッドの原則、特定の分析性能特性、分析感度、診断感度、分析特異性、診断特異性、精度、再現可能性、再現性（既存の関連干渉コントロールを含む）、検出の制限、ユーザーが利用可能な基準測定手順及び材料の使用に関するメソッドと情報の制限：機器使用説明書《セクション：仕様》を参照のこと。

2. 保存及び期限

保存条件：室温 18°C (65°F) ~ 25°C (77°F)。

開封後の安定性：バイアル開封後最長 10ヶ月。

有効期限：試薬の包装ラベルに記載された《有効期限》を参照のこと。

3. 測定、原理、結果

使用方法：機器使用説明書セクション：メンテナンスとトラブルシューティングを参照。

測定原則：機器使用説明書《セクション：説明 & 技術》を参照のこと。

結果：機器使用説明書《セクション：作業フロー》を参照のこと。

性能データ：本装置取扱説明書の《セクション：仕様》を参照のこと。

注：性能に変化が見られたときは、HORIBA Medical の担当者にご連絡ください。

4. 成分及び取扱上のご注意

組成^b：

塩酸 <5 %

第四アンモニウム塩 <20%

防腐剤 <20%

pH: 2.4 +/- 0.2 (T = 20°C)

比抵抗: 61 +/- 2 Ω (T = 20°C)

説明：無色の水溶液。

取り扱い上の注意：目や皮膚、衣服に付着しないようご注意ください。本品を取り扱うときは、実験施設用手袋を着用してください。本製品を飲み込んだり、吸い込んだりした場合、有害性を生じる可能性があります。使用時以外は瓶をしっかりと密封してください。試薬に関する MSDS を参照してください。

標本収集と混合：機器使用説明書《セクション：作業フロー》を参照のこと。

5. 制限と廃棄物処理

制限：機器使用説明書《セクション：仕様》を参照のこと

安全なゴミ処理：機器使用説明書《セクション：仕様》を参照のこと。試薬に関する MSDS を参照してください。

b. インデックス F から G までの変更：パラグラフ《構成》は変更されています

a. インデックス F から G までの変更：Pentra MS60 追加

