

Analizatory hematologiczne (do diagnostyki in vitro)

ABX Basolyse II

08/06/2010
A95A00002GPL

REF 0906003 (1L)

REAGENT 1L

IVD 



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Wyłącznie do użytku z analizatorami:

ABX Micros CRP
ABX Micros
ABX Pentra 60
ABX Pentra 60 C+
Pentra ES60
Pentra MS60
ABX Pentra 80
ABX Pentra XL 80
ABX Pentra 120
ABX Pentra 120 Retic
ABX Pentra DX 120
ABX Slide Preparation System

1. Działanie

Odczynnik do lizowania erytrocytów wykorzystywany do zliczania białych krwinek i różnicowania bazofili na licznikach krwinek firmy HORIBA Medical^a.

Procedura pomiaru, której należy przestrzegać podczas korzystania z tego aparatu:

Zasada działania, specyficzne analityczne charakterystyki robocze, czułość analityczna, czułość diagnostyczna, specyficzność analityczna, specyficzność diagnostyczna, dokładność, powtarzalność, odtwarzalność (z uwzględnieniem kontroli znanej, stosownej substancji zakłócającej), progi wykrywalności, ograniczenia zastosowania metody i informacje o zastosowaniu przez użytkownika referencyjnych procedur pomiarowych i materiałów: patrz „Część: Specyfikacje” w Podręczniku użytkownika aparatu.

2. Przechowywanie i termin ważności

Warunki przechowywania: temperatura pokojowa w zakresie od 18°C (65°F) do 25°C (77°F).

Trwałość po otwarciu: maksymalnie 10 miesięcy po otwarciu fiolki.

Termin ważności: patrz „termin ważności” na etykiecie na opakowaniu odczynnika.

3. Pomiary, zasady ich przeprowadzania i wyniki

Wskazania do stosowania : patrz „Część: Konserwacja i rozwiązywanie problemów” w Podręczniku użytkownika aparatu.

Zasady pomiaru: patrz „Część: Technologia” w Podręczniku użytkownika aparatu.

Wyniki: patrz „Część: Przebieg pracy” w Podręczniku użytkownika aparatu.

Dane dotyczące działania: patrz „Część: Specyfikacje” w Podręczniku użytkownika aparatu.

Uwaga: w przypadku zmiany parametrów roboczych należy skontaktować się z przedstawicielem firmy HORIBA Medical.

4. Skład i środki ostrożności

Skład^b:

kwas chlorowodorowy..... <5%
Czwartorzędowa sól amonowa <20%
Środek konserwujący..... <20%

pH : 2,4 +/- 0,2 (T = 20°C)

Opór właściwy: 61 +/- 2 Ω (T = 20°C)

Opis: bezbarwny roztwór wodny.

Środki ostrożności dotyczące postępowania z preparatem: Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Podczas użytkowania należy nosić rękawice laboratoryjne. W przypadku połknięcia lub wdychania oparów produkt może być szkodliwy. Gdy produkt nie jest używany, butelka powinna być zamknięta. Odpowiednie informacje znajdują się w karcie charakterystyki substancji (MSDS) związanej z odczynnikiem.

Pobieranie próbek i mieszanie: patrz „Część: Przebieg pracy” w Podręczniku użytkownika aparatu.

b. Modyfikacja indeksu od F do G: Zmodyfikowany rozdział «Skład»

a. Modyfikacja indeksu od F do G: dodane Pentra MS60

S.A.S au capital de 41.700.000 Euros - RCS Montpellier 328 031 042 - SIRET 328 031 042 000 42 - APE 332 B

Najnowsza wersja dokumentów na stronie www.horiba.com

5. Ograniczenia i utylizacja odpadów

Ograniczenia: patrz „Część: Specyfikacje” w Podręczniku użytkownika aparatu

Bezpieczna utylizacja: patrz „Część: Specyfikacje” w Podręczniku użytkownika aparatu. Odpowiednie informacje znajdują się w karcie charakterystyki substancji (MSDS) związanej z odczynnikiem.