

Equipamentos de Hematologia (para utilização em diagnóstico in vitro)

ABX Basolyse II

08/06/2010
A95A00002GPT

REF 0906003 (1L)

REAGENT 1L

IVD 



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Uso exclusivo:

ABX Micros CRP
ABX Micros
ABX Pentra 60
ABX Pentra 60 C+
Pentra ES60
Pentra MS60
ABX Pentra 80
ABX Pentra XL 80
ABX Pentra 120
ABX Pentra 120 Retic
ABX Pentra DX 120
ABX Slide Preparation System

1. Funções

Reagente de lise de eritrócitos para contagem de glóbulos brancos e diferenciação de basófilos nos contadores de glóbulos sanguíneos HORIBA Medical^a.

Procedimento de medição a ser seguido na utilização do equipamento:

Princípio do método, características específicas de performance analítica, sensibilidade analítica, sensibilidade do diagnóstico, especificidade analítica, especificidade do diagnóstico, precisão, repetibilidade, reprodutibilidade (incluindo controlo de interferência relevante conhecida), limites de detecção, limitações do método e informação acerca da utilização de procedimentos de medição de referência disponíveis e de materiais por parte do utilizador: consulte "Secção: Especificações" no Manual do Utilizador do instrumento.

2. Conservação e validade

Condições de armazenamento: temperatura ambiente entre 18 °C (65 °F) e 25 °C (77 °F).

Estabilidade depois da abertura: no máximo 10 meses depois da abertura do frasco.

Data de validade: consulte o rótulo da embalagem do reagente "data de validade".

3. Medições, princípios e resultados

Instruções de utilização: consulte "Secção: Manutenção e Resolução de Problemas" no Manual do Utilizador do instrumento.

a.Modificação do índice F para G: Pentra MS60 adicionado

Princípios de medição: consulte "Secção: Descrição e tecnologia" no Manual do Utilizador do instrumento.

Resultados: consulte "Secção: Fluxo de trabalho" no Manual do Utilizador do instrumento.

Dados de performance: consulte "Secção: Especificações" no Manual do Utilizador do instrumento.

Nota: se a performance sofrer alterações, contacte o seu representante da HORIBA Medical.

4. Composição e precauções de manuseamento

Composição^b:

Ácido clorídrico..... <5 %
Sal de amônio quaternário. <20%
Preservativo..... <20%

pH : 2,4 +/- 0,2 (T = 20 °C)

Resistência: 61 +/- 2 Ω (T = 20 °C)

Descrição: Solução aquosa incolor.

Precauções de manuseamento: evitar o contacto com os olhos, pele e roupa. Use luvas de laboratório quando manusear o produto. produto pode ser nocivo se for ingerido ou inalado. Mantenha o frasco fechado quando não estiver a ser utilizado. Consulte a MSDS (folha de dados de segurança do material) relacionada com o reagente.

b.Modificação do índice F para G: Parágrafo "Composição" alterado

Colheita e mistura de amostras: consulte “Secção: Fluxo de trabalho” no Manual do Utilizador do instrumento.

5. Limitações e eliminação de resíduos

Limitações: consulte “Secção: Especificações” no Manual do Utilizador do instrumento.

Eliminação segura de resíduos: consulte “Secção: Especificações” no Manual do Utilizador do instrumento. Consulte a MSDS (folha de dados de segurança do material) relacionada com o reagente.