

血液学设备（体外诊断用）

ABX Lysebio

专用设备：

Micros*
Micros CRP
Pentra 60
Pentra 60 C+
Pentra 80
Pentra XL 80
Pentra 120*
Pentra 120 Retic*
Pentra DF 120
Pentra DX 120*
玻片制备系统

27/12/05
A95A00011DZH

REF 0906012 (1L)*
0906013 (0,4L)

REAGENT 1L*
0,4L

IVD 



HORIBA ABX
BP 7290 - 34184 Montpellier
cedex 4 - France

1. 功能

该试剂用于 HORIBA ABX 血细胞计数仪上的红细胞裂解和血红蛋白浓度测定。

该设备的测量程序：

测量原理、特异性分析性能特点、分析灵敏度、诊断灵敏度、分析特异性、诊断特异性、准确度、重复性、复验性（包括对已知相关干扰因素的控制）、检测极限、检测方法限制因素以及用户可以使用的参考测量程序和试剂：参见设备用户手册中的说明书部分。

2. 储存方法与失效期

储存条件：15°C (59°F) 至 30°C (86°F) 下避光储存。

失效期：参阅试剂包装标签上的失效期。

3. 测量方法、原理和结果

使用方法：参见设备用户手册中的仪器维护与故障排除 / 试剂放置与连接部分。

测量原理：参见设备用户手册中的仪器描述与技术说明部分。

结果：参见设备用户手册中的工作流程部分

性能数据：参见设备用户手册中的说明书部分。

注意：如果仪器性能改变，请致电当地的 HORIBA ABX 代表。

4. 组分与处理注意事项

组分^a：

季铵盐 < 20%

pH: 6.95 +/- 0.1 (T = 20°C)

电阻率：40 +/- 1 Ω (T = 20°C)

描述：无色、无味

处理注意事项：避免接触眼睛、皮肤和衣服。操作该产品时应穿戴实验手套。吞入或吸入产品后可能对身体有害。产品不使用时应盖上瓶盖。请参阅试剂的化学安全数据表

样品采集与混合：参见设备用户手册中的工作流程部分

5. 限制因素与废液处置

限制因素：参见设备用户手册中的说明书部分。

废液安全处置：参见设备用户手册中的说明书部分。请参阅试剂的化学安全数据表。

a. 由 A95A00011CZH 调整为 A95A00011DZH: 组分