

Hæmatologiudstyr (til in vitro-diagnosticering)

ABX Lysebio

Eksklusiv anvendelse:

Micros*
Micros CRP
Pentra 60
Pentra 60 C+
Pentra 80
Pentra XL 80
Pentra 120*
Pentra 120 Retic*
Pentra DF 120*
Pentra DX 120*
Slide Preparation System

27/12/05
A95A00011DDA

REF 0906012 (1L)*
0906013 (0,4L)

REAGENT 1L*
0,4L

IVD 



HORIBA ABX
BP 7290 - 34184 Montpellier
cedex 4 - France

1. Funktioner

Dette reagens anvendes på HORIBA ABX-blodcelletællere til at opløse røde blodlegemer og bestemme hæmoglobinkoncentrationen.

Følgende måleprocedure skal følges ved brug af produktet:

Metodens princip, specifikke analytiske karakteristika ydeevnen, analytisk sensitivitet, diagnostisk sensitivitet, analytisk specificitet, diagnostisk specificitet, nøjagtighed, repeterbarhed, reproducerbarhed, inklusive kontrol af kendt relevant interferens, detektionsgrænser, metodens begrænsninger samt oplysninger om brugerens anvendelse af tilgængelige måleprocedurer og materialer som reference: Se afsnittet: "Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet.

2. Opbevaring og holdbarhed

Opbevaringsvilkår: Opbevares mørkt ved 15°C - 30°C (59°C - 86°F).

Udløbsdato: Se symbolet for "udløbsdato" på reagensemballagens etiket.

3. Målinger, principper og resultater

Anvendelse: Se afsnittet: "Vedligeholdelse og fejlfinding/Reagensplacering og tilslutning" i brugermanualen til instrumentet.

Måleprincipper : Se afsnittet: "Beskrivelse og teknologi" i brugermanualen til instrumentet.

Resultater: Se afsnittet: "Arbejdsgang" i brugermanualen til instrumentet

Data for ydeevnen: Se afsnittet: "Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet.

Bemærk! Hvis ydeevnen ændres, skal den lokale forhandler for HORIBA ABX underrettes herom.

4. Sammensætning og forholdsregler ved håndtering

Sammensætning^a:

Kvarternært ammoniumsalt < 20 %

pH : 6,95 +/- 0,1 (T = 20°C)

Modstandsevne : 40 +/- 1 Ω (T = 20°C)

Beskrivelse: Farveløst, lugtfrit.

Forholdsregler ved håndtering: Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Brug laboratoriehandsker ved håndtering af produktet. Produktet kan være skadeligt ved indtagelse eller indånding. Hold flasken lukket, når produktet ikke anvendes. Se det MSDS (datasikkerhedsblad), der hører til reagenset.

Prøvetagning og blanding: Se afsnittet: "Arbejdsgang" i brugermanualen til instrumentet

5. Begrænsninger og bortskaffelse af affald

Begrænsninger: Se afsnittet: "Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet

Sikker bortskaffelse af affald: Se afsnittet: "Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet. Se det MSDS (datasikkerhedsblad), der hører til reagenset.

a.Ændring af A95A00011CDA til A95A00011DDA: Sammensætning

Den seneste version af dokumenterne findes på
www.horiba-abx.com

