

Instruments d'hématologie (destinés au diagnostic in-vitro)

ABX Lysebio

29/09/09
A95A00011FFR

Utilisation exclusive :

ABX Pentra 60 (0,4L)
ABX Pentra 60 C+ (0,4L)
Pentra ES60 (0,4L)
ABX Pentra 80 (0,4L)
ABX Pentra XL 80 (0,4L)
ABX Pentra 120 (1L)
ABX Pentra 120 Retic (1L)
ABX Pentra DF 120 (1L)
ABX Pentra DX 120 (1L)
Système de préparation de lames

REF 0906012 (1 L)
0906013 (0,4 L)

REAGENT 1L
0,4L

IVD 



HORIBA ABX SAS
BP 7290 - 34184 Montpellier
cedex 4 - France

1. Fonctions

Ce réactif est utilisé sur les compteurs de cellules sanguines HORIBA Medical pour la lyse des érythrocytes et la détermination de la concentration en hémoglobine^a.

Procédure de mesure à respecter avec l'appareil :

Principe de la méthode, caractéristiques des performances analytiques spécifiques, sensibilité analytique, sensibilité diagnostique, spécificité analytique, spécificité diagnostique, exactitude, répétabilité, reproductibilité (y compris le contrôle d'interférences significatives connues), limites de détection, limites de la méthode et informations concernant l'utilisation de procédures et matériels de mesure de référence disponibles par l'utilisateur : voir la section « Spécifications » du manuel d'utilisation de l'appareil.

2. Conservation et expiration

Conditions de conservation : conserver entre 15 °C (59 °F) et 30 °C (86 °F) à l'abri de la lumière.

Stabilité : 3 mois maximum après l'ouverture d'un flacon.

Date d'expiration : voir la « date d'expiration » indiquée sur l'étiquette d'emballage du réactif.

3. Mesures, principes et résultats

Instructions d'utilisation : voir la section « Maintenance et dépannage » du manuel d'utilisation de l'appareil.

Principes de mesure : voir la section « Description et Technologie » du manuel d'utilisation de l'appareil.

a.Modifications de l'indice E à F : Pentra ES 60 ajoutées

Résultats : voir la section « Gestion des flux » du manuel d'utilisation de l'appareil.

Performances : voir la section « Spécifications » du manuel d'utilisation de l'appareil.

Remarque : si des changements sont observés dans les performances, contactez votre représentant HORIBA Medical.

4. Composition et précautions de manipulation

Composition :

Sel d'ammonium quaternaire < 20 %

pH : 6,95 +/- 0,1 (T = 20 °C)

Résistivité : 40 +/- 1 Ω (T = 20 °C)

Description : Incolore, inodore.

Précautions de manipulation : Eviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter des gants de laboratoire lors de la manipulation du produit. Le produit peut être nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. Conserver le flacon fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Se référer à la MSDS associée au réactif.

Prélèvement et agitation des échantillons : voir la section « Gestion des flux » du manuel d'utilisation de l'appareil.

5. Limitations et élimination des déchets

Limitations : voir la section « Spécifications » du manuel d'utilisation de l'appareil

Élimination appropriée des déchets : voir la section « Spécifications » du manuel d'utilisation de l'appareil. Se référer à la MSDS associée au réactif.