

Hämatologiegeräte (für die in Vitro-Diagnostik)

ABX Lysebio

15/04/2010
A95A00011GDE

REF 0906012 (1L)
0906013 (0,4L)

REAGENT 1L
0,4L *

IVD 



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Ausschließliche Verwendung:

ABX Pentra 60 *
ABX Pentra 60 C+ *
Pentra ES60 *
Pentra MS60 *
ABX Pentra 80 *
ABX Pentra XL 80 *
ABX Pentra 120
ABX Pentra 120 Retic
ABX Pentra DF 120
ABX Pentra DX 120
Slide Preparation System

1. Funktionen

Dieses Reagenz wird bei Blutzellenzählungen auf HORIBA Medical Geräten zur Lyse von Erythrozyten und zur Bestimmung der Hämoglobinkonzentration verwendet^a.

Bei der Verwendung des Gerätes sind folgende Verfahren zu beachten:

Prinzip der Methode, spezifische Leistungsmerkmale der Analysen, analytische Sensitivität, diagnostische Sensitivität, analytische Spezifität, diagnostische Spezifität, Genauigkeit, Wiederholbarkeit, Reproduzierbarkeit (einschließlich Kontrolle von bekannten möglichen Interferenzen), Nachweisgrenzen, Grenzen der Methode sowie Informationen über die Verwendung der verfügbaren Verfahren und Materialien für Referenzmessungen finden Sie unter Abschnitt „Spezifikationen“ im Benutzerhandbuch des Geräts.

2. Lagerung & Haltbarkeit

Lagerung: lichtgeschützt bei 15 °C bis 30 °C.

Haltbarkeit nach dem Öffnen der Flasche: maximal 3 Monate nach dem Öffnen der Flasche.

Verfallsdatum: siehe Angabe auf dem Etikett der Reagenzienverpackung.

3. Messungen, Verfahren & Ergebnisse

Gebrauchsanleitung: siehe Kapitel „Wartung & Fehlerbehebung“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

Messverfahren: siehe Kapitel „Beschreibung und Technologie“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

a. Änderung von Index F zu G : Pentra MS60 hinzugefügt

Ergebnisse: siehe Kapitel „Spezifikationen“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

Leistungsdaten: siehe Kapitel „Spezifikationen“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

Hinweis: Falls sich die Leistungsdaten ändern, wenden Sie sich bitte an Ihre Vertretung von HORIBA Medical.

4. Zusammensetzung & Vorsichtsmaßnahmen

Zusammensetzung:

Quartäres Ammoniumsalz... < 20 %

pH-Wert: 6,95 +/- 0,1 (T = 20 °C)

Widerstand: 40 +/- 1 Ω (T = 20 °C)

Beschreibung: Farblos, geruchlos.

Vorsichtsmaßnahmen: Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Beim Umgang mit dem Produkt Schutzhandschuhe tragen. Einatmen oder Schlucken des Produktes kann gesundheitsschädigend sein. Flasche nach der Verwendung geschlossen halten. Weitere Informationen enthält das Sicherheitsdatenblatt des Reagenz.

Entnahme und Mischen von Probenmaterial: siehe Kapitel „Arbeitsablauf“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

5. Grenzen der Methode & Abfallentsorgung

Grenzen der Methode: siehe Kapitel „Spezifikationen“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

Sichere Abfallentsorgung: siehe Kapitel „Spezifikationen“ im Benutzerhandbuch des Gerätes. Weitere Informationen enthält das Sicherheitsdatenblatt des Reagenz.