血液学装置 (試験管内テスト用)

ABX **Lysebio**

15/04/2010
A95A00011GJA

REF 0906012 (1L)
0906013 (0,4L)

REAGENT 1L
0,4L *

IVD CE

専用：

ABX Pentra 60 *
ABX Pentra 60 C+ *
Pentra ES60 *
Pentra MS60 *
ABX Pentra 80 *
ABX Pentra XL 80 *
ABX Pentra 120
ABX Pentra 120 Retic
ABX Pentra DF 120
ABX Pentra DX 120
ABX Slide Preparation System

HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

1. 機能

この試薬はホリバメディカル赤血球カウンタで使用され、赤血球を溶解させヘモグロビン濃度[a] を測定します。

本装置の使用における測定手順：
メソッドの原則、特定の分析性能特性、分析感度、診断感度、分析特異性、診断特異性、精度、再現可能性、再現性 (既存の関連干渉コントロールを含む)、検出の制限、ユーザーが利用可能な基準測定手順及び材料の使用に関するメソッドと情報の制限 : 機器使用説明書≪セクション : 仕様≫を参照のこと。

2. 保存及び期限

保存条件 : 15°C (59°F) ～ 30°C (86°F) で光を避けて保存してください。
開封後の安定性 : バイアル開封後最長 3ヶ月。
有効期限 : 試薬パッケージ表記の≪有効期限≫を参照のこと。

3. 測定、原理、結果

使用方法 : 機器使用説明書≪セクション : メンテナンスとトラブルシューティング≫を参照。
測定原則 : 機器使用説明書≪セクション : 説明 & 技術≫を参照のこと。
結果 : 機器使用説明書≪セクション : 作業フロー≫を参照のこと。

性能データ : 本装置取扱説明書の≪セクション : 仕様≫を参照のこと。
注 : 性能に変化が見られたときは、HORIBA Medical の担当者にご連絡ください。

4. 成分及び取扱上のご注意

組成 :
第四アンモニウム塩 .....< 20 %

pH:	6,95 +/- 0,1 (T = 20°C)
比抵抗 :	40 +/- 1 Ω (T = 20°C)

説明 : 無色、無臭。
取り扱い上の注意 : 目や皮膚、衣服に付着しないようご注意ください。本品を取り扱うときは、実験施設用手袋を着用してください。本製品を飲み込んだり、吸い込んだりした場合、有害性を生じる可能性があります。使用時以外は瓶をしっかりと密封してください。試薬に関連性のある MSDS を参照してください。
採集と混合の実例 : 本装置取扱説明書の≪セクション : ワークフロー≫を参照のこと。

5. 制限と廃棄物処理

制限 : 機器使用説明書 ≪セクション : 仕様≫を参照のこと。
安全なゴミ処理 : 機器使用説明書≪セクション : 仕様≫を参照のこと。試薬に関する MSDS を参照してください。

a. インデックス F から G までの変更 : Pentra MS60 の追加

S.A.S au capital de 41.700.000 Euros - RCS Montpellier 328 031 042 - SIRET 328 031 042 000 42 - APE 332 B

最新文書は www.horiba.com をご覧ください

Explore the future Automotive Test Systems I Process & Environmental I Medical I Semiconductor I Scientific HORIBA