

Equipamentos de Hematologia (para utilização em diagnóstico in vitro)

ABX Lysebio

10/03/08
A95A00011EPT

Uso exclusivo:

Pentra 60
Pentra 60 C+
Pentra 80
Pentra XL 80
Pentra 120*
Pentra 120 Retic*
Pentra DF 120*
Pentra DX 120*
Slide Preparation System

REF 0906012 (1L)*
0906013 (0,4L)

REAGENT 1L*
0,4L

IVD 


HORIBA ABX
BP 7290 - 34184 Montpellier
cedex 4 - France

1. Funções^a

Este reagente é utilizado nos contadores de glóbulos sanguíneos HORIBA ABX para efectuar a lise dos glóbulos vermelhos e determinar a concentração de hemoglobina.

Características de análise do equipamento:

Princípio do método, características específicas de performance analítica, sensibilidade analítica, sensibilidade do diagnóstico, especificidade analítica, especificidade do diagnóstico, precisão, repetibilidade, reprodutibilidade (incluindo controlo de interferência relevante conhecida), limites de detecção, limitações do método e informação acerca da utilização de procedimentos de medição de referência disponíveis e de materiais por parte do utilizador: consulte «Secção: Especificações» no Manual do Utilizador do instrumento.

2. Conservação e Validade

Condições de armazenamento: Armazenar entre 15°C (59°F) e 30°C (86°F) ao abrigo da luz.

Estabilidade depois da abertura: no máximo 3 meses depois da abertura do frasco^b.

Data de validade: consulte o rótulo da embalagem do reagente «data de validade»

3. Medições, princípios e resultados

Instruções de utilização^c: consulte «Secção: Manutenção e Resolução de Problemas» no Manual do Utilizador do instrumento.

Princípios de medição : consulte «Secção: Descrição e tecnologia» no Manual do Utilizador do instrumento.

Resultados: consulte «Secção: Fluxo de trabalho» no Manual do Utilizador do instrumento

Dados de performance: consulte «Secção: Especificações» no Manual do Utilizador do instrumento.

Nota: Se a performance sofrer alterações, contacte o seu representante da HORIBA ABX.

4. Composição e precauções de manuseamento

Composição:

Sal de amónio quaternário. < 20%

pH : 6,95 +/- 0,1 (T = 20°C)

Resistência específica: 40 +/- 1 Ω (T = 20 °C)

Descrição: Incolor, inodoro.

Precauções de manuseamento: Evitar o contacto com os olhos, pele e roupa. Use luvas de laboratório quando manusear o produto. O produto pode ser nocivo se for ingerido ou inalado. Mantenha o frasco fechado quando não estiver a ser utilizado. Consulte a MSDS (folha de dados de segurança do material) relacionada com o reagente

Colheita e mistura de amostras: consulte «Secção: Fluxo de trabalho» no Manual do Utilizador do instrumento

a.Modificação do índice D para E: ~~Micros (1L)/Micros CRP~~
b.Modificação do índice D para E: Estabilidade depois da abertura
c.Modificação do índice D para E: Modificação (Instruções de utilização)

5. Limitações e eliminação de resíduos

Limitações: consulte «Secção: Especificações» no Manual do Utilizador do instrumento.

Eliminação segura de resíduos: consulte «Secção: Especificações» no Manual do Utilizador do instrumento. Consulte a MSDS (folha de dados de segurança do material) relacionada com o reagente.