

Equipamentos de Hematologia (para utilização em diagnóstico in vitro)

ABX Lysebio

15/04/2010
A95A00011GPT

REF 0906012 (1L)
0906013 (0,4L)

REAGENT 1L
0,4L *

IVD CE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Uso exclusivo:

ABX Pentra 60 *
ABX Pentra 60 C+ *
Pentra ES60 *
Pentra MS60 *
ABX Pentra 80 *
ABX Pentra XL 80 *
ABX Pentra 120
ABX Pentra 120 Retic
ABX Pentra DF 120
ABX Pentra DX 120
Slide Preparation System

1. Funções

Este reagente é utilizado nos contadores de glóbulos sanguíneos HORIBA Medical para efectuar a lise dos glóbulos vermelhos e determinar a concentração de hemoglobina^a.

Procedimento de medição a ser seguido na utilização do equipamento:

Princípio do método, características específicas de performance analítica, sensibilidade analítica, sensibilidade do diagnóstico, especificidade analítica, especificidade do diagnóstico, precisão, repetibilidade, reprodutibilidade (incluindo controlo de interferência relevante conhecida), limites de detecção, limitações do método e informação acerca da utilização de procedimentos de medição de referência disponíveis e de materiais por parte do utilizador: consulte a "Secção: Especificações" no Manual do Utilizador do instrumento.

2. Conservação e validade

Condições de armazenamento: armazenar entre 15 °C (59 °F) e 30 °C (86 °F) ao abrigo da luz.

Estabilidade depois da abertura: no máximo 3 meses depois da abertura do frasco.

Data de validade: consulte a "data de validade" no rótulo da embalagem do reagente.

3. Medições, princípios e resultados

Instruções de utilização: consulte a "Secção: Manutenção e Resolução de Problemas" no Manual do Utilizador do instrumento.

a.Modificação do índice F para G: Pentra MS60 adicionado

Princípios de medição: consulte a "Secção: Descrição e tecnologia" no Manual do Utilizador do instrumento.

Resultados: consulte a "Secção: Fluxo de trabalho" no Manual do Utilizador do instrumento.

Dados de performance: consulte a "Secção: Especificações" no Manual do Utilizador do instrumento.

Nota: se a performance sofrer alterações, contacte o seu representante da HORIBA Medical.

4. Composição e precauções de manuseio

Composição:

Sal de amónio quaternário. < 20 %

pH: 6,95 +/- 0,1 (T = 20 °C)

Resistência: 40 +/- 1 Ω (T = 20 °C)

Descrição: incolor, inodoro.

Precauções de manuseamento: evite o contacto com os olhos, pele e roupa. Use luvas de laboratório quando manusear o produto. O produto pode ser nocivo se for ingerido ou inalado. Mantenha o frasco fechado quando não estiver a ser utilizado. Consulte a MSDS (folha de dados de segurança do material) relacionada com o reagente.

Colheita e mistura de amostras: consulte a "Secção: Fluxo de trabalho" no Manual do Utilizador do instrumento.

5. Limitações e eliminação de resíduos

Limitações: consulte a “Secção: Especificações” no Manual do Utilizador do instrumento.

Eliminação segura de resíduos: consulte a “Secção: Especificações” no Manual do Utilizador do instrumento. Consulte a MSDS (folha de dados de segurança do material) relacionada com o reagente.