

Dispositivos Hematología (para diagnóstico in vitro)

ABX Lysebio

15/04/2010
A95A00011GES

REF 0906012 (1L)
0906013 (0,4L)

REAGENT 1L
0,4L *

IVD 



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Uso exclusivo:

ABX Pentra 60 *
ABX Pentra 60 C+ *
Pentra ES60 *
Pentra MS60 *
ABX Pentra 80 *
ABX Pentra XL 80 *
ABX Pentra 120
ABX Pentra 120 Retic
ABX Pentra DF 120
ABX Pentra DX 120
Slide Preparation System

1. Funciones

Este reactivo se utiliza en los contadores hematológicos de HORIBA Medical para lisar los glóbulos rojos y para determinar la concentración de hemoglobina^a.

Procedimiento de medición que debe seguirse al utilizar el dispositivo:

Principio del método, características de rendimiento analítico específicas, sensibilidad analítica, sensibilidad diagnóstica, especificidad analítica, especificidad diagnóstica, precisión, repetibilidad, reproducibilidad (incluido el control de interferencias relevantes conocidas), límites de detección, limitaciones del método e información sobre el uso de procedimientos y materiales de medición de referencia disponibles para el usuario: consulte el apartado "Especificaciones" del Manual del usuario del instrumento.

2. Conservación y caducidad

Condiciones de almacenamiento: debe almacenarse entre 15°C y 30°C y lejos de la luz directa.

Estabilidad tras la apertura: como máximo 3 meses una vez abierto el vial.

Fecha de caducidad: consulte la etiqueta del embalaje del reactivo "fecha de caducidad".

3. Mediciones, principios y resultados

Instrucciones de uso: consulte el apartado "Mantenimiento y Solución de problemas" del Manual del usuario del instrumento.

a. Modificación del índice F a G : Pentra MS60 añadido

Principios de medición: consulte el apartado "Descripción y Tecnología" del Manual del usuario del instrumento.

Resultados: consulte el apartado "Flujo de Trabajo" del Manual del usuario del instrumento.

Datos de rendimiento: consulte el apartado "Especificaciones" del Manual del usuario del instrumento.

Nota: si el rendimiento sufre modificaciones, póngase en contacto con su representante de HORIBA Medical.

4. Composición y precauciones de manipulación

Composición:

Sal de amonio cuaternaria.. < 20%

pH: 6,95 +/- 0,1 (T = 20°C)

Resistividad: 40 +/- 1 Ω (T = 20°C)

Descripción: incoloro, inodoro.

Precauciones de manipulación: evite el contacto con los ojos, la piel y la vestimenta. Utilice guantes de laboratorio para manipular el producto. El producto puede ser nocivo en caso de ingestión o inhalación. Mantenga el frasco cerrado cuando no lo utilice. Consulte las hojas de especificaciones técnicas (MSDS) correspondientes al reactivo.

Recogida y mezcla de muestras: consulte el apartado "Flujo de Trabajo" del Manual del usuario del instrumento.

5. Limitaciones y eliminación de residuos

Limitaciones: consulte el apartado “Especificaciones” del Manual del usuario del instrumento.

Eliminación de residuos segura: consulte el apartado “Especificaciones” del Manual del usuario del instrumento. Consulte las hojas de especificaciones técnicas (MSDS) correspondientes al reactivo.