

Instruments d'hématologie (destinés au diagnostic in-vitro)

## ABX Eosinofix

23/09/09  
A95A00003FFR

### Utilisation exclusive :

ABX Argos/Helios (5diff)  
ABX Micros  
ABX Micros CRP  
ABX Pentra 60  
ABX Pentra 60 C+  
Pentra ES60  
ABX Pentra 80  
ABX Pentra XL 80  
ABX Pentra 120  
ABX Pentra 120 Retic  
ABX Slide Preparation System

**REF** 0206010 (1L)

**REAGENT** 1L

**IVD** 



**HORIBA ABX SAS**  
BP 7290 - 34184 Montpellier  
cedex 4 - France

## 1. Fonctions

Réactif pour la différenciation des sous-populations de leucocytes sur les compteurs de cellules sanguines HORIBA Medical<sup>a</sup>.

### Procédure de mesure à respecter avec l'appareil :

Principe de la méthode, caractéristiques des performances analytiques spécifiques, sensibilité analytique, sensibilité diagnostique, spécificité analytique, spécificité diagnostique, exactitude, répétabilité, reproductibilité (y compris le contrôle d'interférences significatives connues), limites de détection, limites de la méthode et informations concernant l'utilisation de procédures et matériels de mesure de référence disponibles par l'utilisateur : voir la section « Spécifications » du manuel d'utilisation de l'appareil.

## 2. Conservation et expiration

**Conditions de conservation :** température ambiante comprise entre 18 °C (65 °F) et 25 °C (77 °F).

**Stabilité :** 3 mois maximum après l'ouverture d'un flacon.

**Date d'expiration :** voir la « date d'expiration » indiquée sur l'étiquette d'emballage du réactif.

## 3. Mesures, principes et résultats

**Instructions d'utilisation :** voir la section « Maintenance et dépannage » du manuel d'utilisation de l'appareil.

**Principes de mesure :** voir la section « Description et Technologie » du manuel d'utilisation de l'appareil.

**Résultats :** voir la section « Gestion des flux » du manuel d'utilisation de l'appareil.

a.Modifications de l'index E à F : nom de la société, Pentra RS60 ajoutés

**Performances :** voir la section « Spécifications » du manuel d'utilisation de l'appareil.

Remarque : si des changements sont observés dans les performances, contactez votre représentant HORIBA Medical.

## 4. Composition et précautions de manipulation

### Composition :<sup>b</sup>

Propanol-2..... < 20 %  
Teinture (acide) formique... < 0,1 %  
Glutaraldéhyde..... < 0,5 %  
Sel d'ammonium quaternaire..... < 20 %  
Détergent..... < 20 %  
Conservateur..... < 1 %

**pH :** 6,9 +/- 0,1 (T = 20 °C)

**Résistivité :** 57 +/- 3 Ω (T = 20 °C)

**Description :** Solution aqueuse bleue marine, odeur d'alcool.

**Précautions de manipulation :** Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter des gants de laboratoire lors de la manipulation du produit. Le produit peut être nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. Conserver le flacon fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Se référer à la MSDS associée au réactif.

**Prélèvement et agitation des échantillons :** voir la section « Gestion des flux » du manuel d'utilisation de l'appareil.

b.Modifications de l'index E à F : composition modifiée

## 5. Limitations et élimination des déchets

**Limitations :** voir la section « Spécifications » du manuel d'utilisation de l'appareil.

**Élimination appropriée des déchets :** voir la section « Spécifications » du manuel d'utilisation de l'appareil. Se référer à la MSDS associée au réactif.