

Instruments d'hématologie ABX (destinés au diagnostic in vitro)

ABX Leucodiff

Utilisation exclusive :

Instruments d'hématologie ABX Exclusif
Argos/Helios (5diff)
Micros 60
Micros CRP
Pentra 60
Pentra 60 C+
Pentra 80
Pentra XL 80
Pentra 120
Pentra 120 Retic
Pentra DX 120 ✓
Slide Preparation System

12/07/03
A95A00174-A

REF 0206013 (1L)

REAGENT 1L

IVD CE



ABX Diagnostics
BP 7290 - 34187 Montpellier
cedex 4 - France

1. Fonctions

Réactif destiné à la différenciation des sous-populations de leucocytes sur les compteurs de cellules sanguines ABX.

Procédure de mesure à respecter avec l'appareil :

principe de la méthode, caractéristiques des performances analytiques spécifiques, sensibilité analytique, sensibilité diagnostique, spécificité analytique, spécificité diagnostique, exactitude, répétabilité, reproductibilité (y compris le contrôle d'interférences significatives connues), limites de détection, limites de la méthode et informations concernant l'utilisation de procédures et matériels de mesure de référence disponibles par l'utilisateur : voir la " Section : Spécifications " du manuel d'utilisation de l'appareil.

2. Conservation et expiration

Conditions de conservation : température ambiante comprise entre 18°C (65°F) et 25°C (77°F).

Date d'expiration : voir la " date d'expiration " indiquée sur l'étiquette d'emballage du réactif.

3. Mesures, principes et résultats

Instructions d'utilisation : voir la " Section : Maintenance et dépannage / Localisation et connexion des réactifs " du manuel d'utilisation de l'appareil.

Réactif de diagnostic *in-vitro*, à usage professionnel uniquement.

Principes de mesure : voir la " Section : Description et Technologie " du manuel d'utilisation de l'appareil.

Résultats : voir la " Section : Gestion des flux " du manuel d'utilisation de l'appareil.

Performances : voir la " Section : Spécifications " du manuel d'utilisation de l'appareil.

Remarque : si des changements sont observés dans les performances, contactez votre représentant ABX Diagnostics.

4. Composition et précautions de manipulation

Composition :

Propane 1,2 diol 3 %
Colorant formique . . . 0,004 %

pH : 7,0 +/- 0,1 (T = 20°C)

Résistivité : 59 +/- 1,5 Ω (T = 20°C)

Description : solution aqueuse de couleur bleu foncé, odeurs d'alcool.

Précautions de manipulation : éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter des gants de laboratoire lors de la manipulation du produit. Le produit peut être nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. Conserver le flacon fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Se référer à la MSDS associée au réactif.

Prélèvement et agitation des échantillons : voir la " Section : Gestion des flux " du manuel d'utilisation de l'appareil.

5. Limitations et élimination des déchets

Limitations : voir la " Section : Spécifications " du manuel d'utilisation de l'appareil.

Élimination appropriée des déchets : voir la " Section : Spécifications " du manuel d'utilisation de l'appareil. Se référer à la MSDS associée au réactif.

