

血液学装置（試験管内テスト用）

ABX Leucodiff

18/05/2010
A95A00014GJA

REF 0206013 (1L)

REAGENT 1L

IVD CE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

専用：

Micros
Micros CRP
Pentra 60
Pentra 60 C+
Pentra 80
Pentra XL 80
Pentra 120
Pentra 120 Retic
Pentra DF 120
Pentra DX 120
スライド準備システム

1. 特長

HORIBA Medical 血球計装置における白血球部分母集団の試薬です。

本装置を使った測定方法：

方法の原理、特定分析の性質、分析上感度、診断上感度、分析の特異性、診断の特異性、精度、繰り返し精度、再現精度（既知の関連性のある干渉を含む）、検出限度、方法の制限、ユーザーにより利用可能な参照測定手順及び素材の使用に関する情報：本装置取扱説明書の《セクション：仕様》を参照のこと。

2. 保存及び期限：

保存条件：18°C (65°F) ~ 25°C (77°F) の室温。

開封後の安定性：バイアルの開封後は最長3ヶ月間安定。

有効期限：試薬パッケージ表記の《有効期限》を参照のこと。

3. 測定、原理、及び結果

使用方法：機器使用説明書セクション：メンテナンスとトラブルシューティングを参照。

本試薬は専門 試験管内診断用です。

測定の原理：本装置取扱説明書の《セクション：説明及び技術》を参照のこと。

結果：本装置取扱説明書の《セクション：ワークフロー》を参照のこと。

性能データ：本装置取扱説明書の《セクション：仕様》を参照のこと。

メモ：性能に変化がある場合は、HORIBA Medical の担当にお問い合わせください。

4. 成分及び取扱上のご注意^a

成分：

プロパノール -2 < 20 %

第四アンモニウム塩 < 20 %

界面活性剤 < 20 %

防腐剤 < 1 %

pH: 7,1 +/- 0,1 (T = 20°C)

抵抗性: 59 +/- 1 Ω (T = 20°C)

説明：濃い青色の水溶性溶剤、アルコール臭。

取扱上のご注意：目、皮膚、衣服へに接触しないようご注意ください。本製品を扱う際は、実験用手袋を着用してください。本製品を摂取したり、吸い込んだりすると危険な可能性があります。使用時以外は瓶をしっかりと密封してください。試薬に関連性のある MSDS を参照してください。

採集と混合の実例：本装置取扱説明書の《セクション：ワークフロー》を参照のこと。

5. 制限及び廃棄物処理

制限：本装置取扱説明書の《セクション：仕様》を参照のこと。

安全な廃棄物処理：本装置取扱説明書の《セクション：仕様》を参照のこと。試薬に関連性のある MSDS を参照してください。

a. インデックス F から G までの変更：パラグラフ “成分” は変更されています。pH および変更された抵抗率

