

Analizatory hematologiczne (do diagnostyki in vitro)

## ABX Leucodiff

27/04/06  
A95A00014EPL

### Wyłącznie do użytku z analizatorami:

Micros  
Micros CRP  
Pentra 60  
Pentra 60 C+  
Pentra 80  
Pentra XL 80  
Pentra 120  
Pentra 120 Retic  
Pentra DF 120  
Pentra DX 120  
System przygotowywania szkiełek  
podstawowych

**REF** 0206013 (1L)

**REAGENT** 1L

**IVD** 



**HORIBA ABX**  
BP 7290 - 34184 Montpellier  
cedex 4 - France

## 1. Działanie

Odczynnik do różnicowania subpopulacji leukocytów na licznikach krwinek firmy HORIBA ABX.

### Procedura pomiarowa, której należy przestrzegać przy stosowaniu urządzenia:

Zasada działania, specyficzne analityczne charakterystyki robocze, czułość analityczna, czułość diagnostyczna, specyficzność analityczna, specyficzność diagnostyczna, dokładność, powtarzalność, odtwarzalność (z uwzględnieniem kontroli znanej, stosownej substancji zakłócającej), progi wykrywalności, ograniczenia zastosowania metody i informacje o zastosowaniu przez użytkownika referencyjnych procedur pomiarowych i materiałów: patrz «Część: Specyfikacja» w podręczniku użytkownika aparatu.

## 2. Przechowywanie i termin ważności

**Warunki przechowywania:** temperatura pokojowa w zakresie od 18°C (65°F) do 25°C (77°F).

**Termin ważności:** patrz «termin ważności» na etykiecie na opakowaniu odczynnika.

## 3. Pomiary, zasady ich przeprowadzania i wyniki

**Zastosowanie:** patrz «Część: Konserwacja i rozwiązywanie problemów / Umieszczenie i podłączenie odczynnika» w podręczniku użytkownika aparatu.

Ten odczynnik służy wyłącznie do profesjonalnej diagnostyki *in-vitro*.

**Zasady przeprowadzania pomiarów:** patrz «Część: Opis i technologia» w podręczniku użytkownika aparatu.

**Wyniki:** patrz «Część: Przebieg pracy» w podręczniku użytkownika aparatu.

**Parametry robocze:** patrz «Część: Specyfikacja» w podręczniku użytkownika aparatu.

Uwaga: w przypadku zmiany parametrów roboczych należy skontaktować się z przedstawicielem firmy HORIBA ABX.

## 4. Skład i środki ostrożności

### Skład:

2-propanol<sup>a</sup>..... 5,5 %  
barwnik mrówkowy ..... 0,004 %  
glutaraldehyd..... < 3%

**pH:** 7,0 +/- 0,1 (T = 20°C)

**Opór właściwy:** 59 +/- 1,5 Ω (T = 20°C)

**Opis:** intensywnie niebieski roztwór wodny, o zapachu alkoholu.

**Środki ostrożności:** Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Podczas użytkowania należy zakładać rękawice laboratoryjne. W przypadku połknięcia lub wdychania oparów produkt może być szkodliwy. Gdy produkt nie jest używany, butelka powinna być zamknięta. Odpowiednie informacje znajdują się w karcie charakterystyki substancji (MSDS) dołączonej do odczynnika.

**Pobieranie i mieszanie próbek:** patrz «Część: Przebieg pracy» w podręczniku użytkownika aparatu.

a.Zmiana z D na C: Skład

## 5. Ograniczenia i utylizacja odpadów

**Ograniczenia:** patrz «Część: Specyfikacja» w podręczniku użytkownika aparatu.

**Bezpieczna utylizacja odpadów:** patrz «Część: Specyfikacja» w podręczniku użytkownika aparatu. Odpowiednie informacje znajdują się w karcie charakterystyki substancji (MSDS) dołączonej do odczynnika.