

HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée – BP7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4 – France
Web : www.horiba.com
Tél. : 33 (0) 4 67 14 15 16

Déclaration de Conformité *Declaration of Conformity*

(No.dc 10014c)

Selon
According to ISO 17050-1

NOUS LE MANDATAIRE *WE THE AUTHORISED REPRESENTATIVE*

Nom <i>Name</i>	HORIBA ABX SAS
Adresse <i>Address</i>	Parc Euromédecine Rue du Caducée – BP7290 34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANCE

DECLARONS QUE LE PRODUIT *DECLARE THAT THE PRODUCT*

Nom du produit <i>Product name</i>	Slide Preparation System
Modèles <i>Models</i>	ABX SPS EVOLUTION
Pays d'origine <i>Country of origin</i>	France

EST CONFORME AUX DIRECTIVES ET NORMES *CONFORMS TO DIRECTIVES AND STANDARDS*

Directives <i>Directives</i>	98/79/EC – IVD Medical Devices 2002/96/EC - WEEE 2004/108/EC – Electromagnetic compatibility 2006/95/EC – Low Voltage
Normes <i>Standards</i>	IEC61010-1 : 2001 IEC61010-2-081 : 2001+A1 IEC61010-2-101 : 2002 EN61326-1 : 2006 EN61326-2-6 : 2006 UL61010-1 : 2004 R7.05 CAN/CS-C22.2 No.61010-1-04

Montpellier, France
30 novembre 2012
November 30th, 2012



Christian DUBUC
Directeur Général délégué
General Manager

TEMP-4018 Rev.9

