

HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée – BP7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4 – France
Web : www.horiba.com
Tél. : 33 (0) 4 67 14 15 16

Déclaration de Conformité *Declaration of Conformity*

(No.dc10004n)

Selon
According to ISO 17050-1

NOUS LE FABRICANT *WE THE MANUFACTURER*

Nom <i>Name</i>	HORIBA ABX SAS
Adresse <i>Address</i>	Parc Euromédecine Rue du Caducée – BP7290 34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANCE

DECLARONS QUE LE PRODUIT *DECLARE THAT THE PRODUCT*

Nom du produit <i>Product name</i>	Hematology analyzer
Modèles <i>Models</i>	ABX Pentra 60 ABX Pentra 60C+
Pays d'origine <i>Country of origin</i>	France

EST CONFORME AUX DIRECTIVES ET NORMES *CONFORMS TO DIRECTIVES AND STANDARDS*

Directives <i>Directives</i>	98/79/EC – IVD Medical Devices Classification : Outside Annex II and not for self-testing Conformity Assessment Procedure : Annex III 2004/108/EC – Electromagnetic compatibility
Normes <i>Standards</i>	IEC 61010-1 : 2010 IEC 61010-2-081 : 2001 +A1 IEC 61010-2-101 : 2002 EN 61326-1 : 2006 EN 61326-2-6 : 2006 EN 61000-3-2 : 1995 + A1 + A2 : 1998 + A14 : 2000 EN 61000-3-3 : 1995 UL 61010-1 : 2012 CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12 CAN/CSA-C22.2 NO. 61010.2.081-04 (R2009) CAN/CSA-C22.2 NO. 61010.2.101-04 (R2009)

Montpellier, France
23 mai 2014
May 23rd, 2014


Christian DUBUC
Directeur
Senior Director

TEMP-4018 Rev.9