Fructo cal

HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE
www.horiba.com

IVD LOT 1: 1406101

04710792F

REF : A11A01680

2017/03/31

(FR) Calibrant spécial pour la fructosamine
(EN) Special calibrator for fructosamine
(DE) Spezialkalibrator für Fructosamin
(ES) Calibrador especial para fructosamina
(IT) Calibratore speciale della fruttosamina
(PT) Calibrador especial para a fructosamina
(DA) Særligt kalibrator til fruktosamin
(SV) Specialkalibrator för fruktosamin
(EL) Ειδικός βαθμονομητής για τη φρουκτοζαμίνη
(PL) Kalibrator specjalny dla fruktozaminy
(NO) Egen dedikert kalibrator for fruktosamin

(FR) Constituant **(EN) Constituent** **(DE) Bestandteil** **(ES) Componente** **(IT) Componente** **(PT) Componente** **(DA) Bestanddel** **(SV) Konstituent** **(EL) Συστατικό** **(PL) Składnik** **(NO) Bestanddel**	**Unité** **Unit** **Einheit** **Unidad** **Unità** **Unidade** **Enhed** **Enhet** **Μονάδα** **Jednostka** **Enhet**	**Valeurs titrées à utiliser sur ABX Pentra 400 et Pentra C400** **Assigned values to be used on ABX Pentra 400 and Pentra C400** **Deklarierte Werte zur Verwendung auf dem ABX Pentra 400 und Pentra C400** **Valores asignados que deben utilizarse en el ABX Pentra 400 y el Pentra C400** **Valori assegnati da utilizzare con ABX Pentra 400 e Pentra C400** **Valores determinados a serem utilizados no ABX Pentra 400 e Pentra C400** **Tildelte værdier til brug på ABX Pentra 400 og Pentra C400** **Tilldelade värden som ska användas på ABX Pentra 400 och Pentra C400** **Αναγραφόμενες τιμές για χρήση στον ABX Pentra 400 και Pentra C400** **Wartości przypisane dla analizatora ABX Pentra 400 z Pentra C400** **Tildelt verdi for bruk på ABX Pentra 400 og Pentra C400**
FRUC (NBT)	µmol/L	**408**
	µmol/dL	**40.8**

Explore the future Automotive Test Systems I Process & Environmental I Medical I Semiconductor I Scientific HORIBA